

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul procedurii: 21039128, ocds-b3wdp1-MD-1619684758545							Data: 28.06.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4)							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
19	33100000-1	Termoagitator pentru microplăci	ST-3L	Letonia	Elmi	Gama de setare a temperaturii: +25°C ... +60°C. Gama de control al vitezei: 250–1200 rpm (increment 10 rpm). Setarea timpului digital: 1 min–96 ore (increment 1 min). Temporizator semnal sonor: Da. Numărul de plăci (96 godeuri): 4	Termoagitator pentru microplaci (specificațiile tehnice se anexează).	ISO, CE.
24	33100000-1	Microscop binocular	86.075	Olanda	Euromex	Pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen. Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X și Y. Fixator de probe universal pentru un singur specimen. Revolver pentru 4 obiective, din sticlă. Obiective Plan Achromat, fabricat din sticlă 4x,10x,40x,100x/1,25 ulei. Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe. Diafragmă de câmp pentru iluminare Kohler. Tub binocular cu unghi de înclinare 30°. Cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm. Oculare 10x/20-2 buc(ce puțin unul cu focusare), Iluminare-halogen. Unitate de alimentare-încorporată.	Microscop binocular (specificațiile tehnice se anexează).	ISO, CE.
28	33100000-1	Centrifugă de laborator	DMO 412	China	Dlab	Diapazon de viteză 300-4500rpm, Precizia vitezei ± 20rpm. Numărul de eprubete 12, Capacitatea eprubetelor 10-12ml. Timpul de executare 30 sec-99 min. Display LCD, Interblocarea ușii, diagnosticarea internă automată. Alertă sonoră și vizuală, Puterea 220V 50Hz.	Centrifugă de laborator (specificațiile tehnice se anexează).	ISO, CE.
29	33100000-1	Sheiker orbital digital	SK-0330-Pro	China	Dlab	Platforma de bază minim 230x230mm, Amplituda rotațiilor 10,15,20mm, Viteza de rotație 10-300rpm. Sursa de curent 220V, Platforma să fie acoperită cu cauciuc. 1 set pentru flacoane 500-100ml, 200-300ml, 500-1000ml.	Sheiker orbital digital (specificațiile tehnice se anexează).	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 28.06.2021

Valabilitatea ofertei - 120 zile.