

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694594381300 / 21092179 din: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Lampa scialitică pentru sala de operații							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lampa scialitică pentru sala de operații	ZW-G700/500	China	Hunan Mplent Optoelectronics Technology CO., Ltd	Lampa scialitică cu doi sateliți: Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice. Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Lungimea brațelor: 70-95 cm. Dimensiunea câmpului luminos: 160~280 mm. Unghiul de rotire al primului braț fața de fixatorul de tavan: 360°-lateral. Unghiul de rotire al 2-lea braț fața de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 Diametrul capului luminos: minimum 70 cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m: minimum160.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K. Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ: 220V, 50 Hz. Lampa 2 Diametrul capului luminos: minimum 50 cm Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: minimum 140.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K,4400±500K,5000±500K Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 – 150 cm. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil – 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan –1 buc. Anul de producere: 2023. Prețul include livrarea și instalarea. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.	Lampa scialitică cu doi sateliți: Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice. Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Lungimea brațelor: 91 cm. Dimensiunea câmpului luminos: 180~280 mm. Unghiul de rotire al primului braț fața de fixatorul de tavan: 360°-lateral.da Unghiul de rotire al 2-lea braț fața de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical.da Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral.da Lampa 1 Diametrul capului luminos: minimum 70 cm.da Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m: minimum160.000 lux.da Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm da Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K. Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. da Distanța de lucru: 70 – 150 cm. da Alimentare curent alternativ: 220V, 50 Hz. da Lampa 2 Diametrul capului luminos: minimum 50 cm da Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: minimum 140.000 lux. da Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥1300 mm da Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. da Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. da Temperatura culorii : 3800±500K,4400±500K,5000±500K da Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. da Distanța de lucru: 70 – 150 cm. da Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. da Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil – 4 buc. da - Kitul de instalare pe tavan –1 buc. da Anul de producere: 2023. da va fi Prețul include livrarea și instalarea. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023. da promitem	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: ștr. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51