

IMSP SCMS MPS

Numărul procedurii de achiziție: 21067751						Data: 04.12.2022			Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2023						Lot:			Pagina 1 din 2	
Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1. Imunocromatografie									11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/ executare solicitați: La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2023	MD05ML000000002251512149
1	33100000-1	Determinarea Clostridium difficile	buc	100	116,50	125,82	11 650,00	12 582,00		
2	33100000-1	Determinarea sângelui ocult în mase fecale	buc	400	14,95	16,15	5 980,00	6 458,40		
3	33100000-1	Determinarea Antigenului H. pylori	buc	200	29,50	31,86	5 900,00	6 372,00		
4	33100000-1	Determinarea HBsAg/Anti-HBcor/Anti-HVC. Triplu test.	buc	200	42,00	45,36	8 400,00	9 072,00		
5	33100000-1	Determinarea HBsAg	buc	200	9,75	10,53	1 950,00	2 106,00		
6	33100000-1	Determinarea Anti-HCV	buc	200	12,00	12,96	2 400,00	2 592,00		
7	33100000-1	Determinarea Anti-HAV	buc	400	25,00	27,00	10 000,00	10 800,00		
8	33100000-1	Determinarea Markeri Cardiaci test triplu TnI/CK-MB/Myo	buc	100	49,50	53,46	4 950,00	5 346,00		
Total Lot							51 230,00	55 328,40		
LOT Nr. 2 Imunofluorescență sau FIA, test rapid cantitativ										
1	33100000-1	Procalcitonina. Test rapid cantitativ. Metoda FIA sau Imunofluorescență	buc	75	132,00	142,560	9 900,00	10 692,00		
2	33100000-1	Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	buc	150	67,00	72,360	10 050,00	10 854,00		
3	33100000-1	Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	buc	150	74,00	79,920	11 100,00	11 988,00		
4	33100000-1	D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență	buc	500	49,00	52,920	24 500,00	26 460,00		
5	33100000-1	Cistatina - C. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență.	buc	50	54,00	58,320	2 700,00	2 916,00		
6	33100000-1	25-OH-VD. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență.	buc	25	98,00	105,840	2 450,00	2 646,00		
LOT Nr.4 Glucometrie din sânge capilar					Total Lot		60 700,00	65 556,00		
1	33100000-1	Chip-teste pentru glucometrie din sânge capilar	Chip-teste	10000	3,59	3,877	35 900,00	38 772,00		
Total oferta							147 830,00	159 656,40		

Suma totală: 159 656,40 (O sută cincizeci și nouă mii șase sute cincizeci șase) Lei 40 bani.

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61

IMSP SCMS MPS

Numărul procedurii de achiziție: 21067751						Data: 04.12.2022	
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2023						Lot:	Pagina 1 din 2
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Determinarea Clostridium difficile.	Clostridium GDH+Toxin A+B	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Specificitate > 95 % Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea sângelui ocult în mase fecale	Fob-Cassete	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă cu sensibilitate și specificitate doar pentru hemoglobina sau antigeni eritrocitari umani. Determinarea rapidă prin test calitativ a singelui ocult din mase fecale . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă cu sensibilitate și specificitate doar pentru hemoglobina sau antigeni eritrocitari umani. Determinarea rapidă prin test calitativ a singelui ocult din mase fecale . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea Antigenului H. pylori	H.Pylori Ag Cassette	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului H. pylori din mase fecale . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului H. pylori din mase fecale . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea HBsAg/Anti-HBcor/Anti-HVC. Triplu test.	HBV Combo	China	AT	Caseta. Triplu test. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitelor virale B și C: HBsAg, Anti-HBcor, Anti-HVC . Specificitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Triplu test. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitelor virale B și C: HBsAg, Anti-HBcor, Anti-HVC . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea HBsAg	HBsAg-Cassette	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea Anti-HCV	HCV-Cassette	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea Anti-HAV	HAV IgM-Cassette	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV . Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ISO, CE.
33100000-1	Determinarea Markeri Cardiaci test triplu Tnl/CK-MB/Myo	Tnl/CK-MB/Myo Cassette	China	AT	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO, CE.
Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!							
33100000-1	Procalcitonina. Test rapid cantitativ Metoda FIA	PCT Fia	China	Wondfo	I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibile cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei . Metoda: FIA, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri ompatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.7200 Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!	ISO, CE.
33100000-1	Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	CK-MB Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibile cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibile cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!	ISO, CE.
33100000-1	Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluorescență	cTnl Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibile cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate . Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibile cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioada de timp nelimitat!!!	ISO, CE.



33100000-1	D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență	D-dimeri Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioadă de timp nelimitată!!!	ISO, CE.
33100000-1	Cistatina - C. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență.	Cistatina-C Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a Cistatina-C . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	(I) Analiza cantitativă a Cistatina-C . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totală a poziției. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioadă de timp nelimitată!!!	ISO, CE.
33100000-1	25-OH-VD. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluorescență.	cTnI Fia	China	Wondfo	(I) Analiza cantitativă a 25-OH-VD . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. 4.	(I) Analiza cantitativă a 25-OH-VD . Metoda: FIA sau Imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușuri. Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. 4. Oferim analizatorul GRATIS în baza testelor comandate pe o perioadă de timp nelimitată!!!	ISO, CE.
33100000-1	Chip-teste pentru glucometrie din sânge capilar	Teste strip HT100	Taiwan	Tyson Bio	Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originale, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sânge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic câștigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilouri automate din cele 10 seturi de glucometre oferite în donație.	Conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originale, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sânge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic câștigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilouri automate din cele 10 seturi de glucometre oferite în donație.	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6. of.61

