

Anexa 2 Scaun stomatologic (fotoliu)

Specificatia solicitata	Specificatia ofertata, model Peony 2301
Scaun stomatologic (fotoliu) Descriere Reprezinta echipamentul stomatologic esential pentru igiena dentara si tratament stomatologic Parametre Specificatia "Scaun stomatologic" Unghi de inclinare de la 100° pina la 180° Tetiera reglabila Urcare/ coborire ≥ 40 cm Setari min. 2 utilizatori Capacitatea maxima admisa ≥ 200 kg Comanda Pedala, butoane de control pe partea din spate a scaunului pacientului Suprafata "rezistenta la prelucrarea chimica" Programe de pozitionare min. 5 Accesorii "cotiere, cotiera dreapta rotativ" Revenirea automata la pozitia initiala da Comanda de oprire urgenta da Control multifunctional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecventa 50-60 Hz Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.	Scaun stomatologic (fotoliu) - Unghi de inclinare de la 100° pina la 180° - Tetiera reglabila - Urcare/ coborire ≥ 40 cm - Setari min. 2 utilizatori - Capacitatea maxima admisa 200 kg - Comanda Pedala, Control multifunctional de la picior mobil (din pedala) - butoane de control pe partea din spate a scaunului pacientului - Suprafata "rezistenta la prelucrarea chimica" - Programe de pozitionare - 5 - Accesorii "cotiere, cotiera dreapta rotativ" - Revenirea automata la pozitia initiala - Comanda de oprire urgenta - Tensiune 220-240V - Frecventa 50-60 Hz Deține Certificat CE, ISO 13845. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.