

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.**

Numărul licitației publice: 21325590, ocds-b3wdp1-MD-1734441212572						Data: 07.02.2025	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
26	33100000-1	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)	Prothrombin-DAC.Lq ISI / 4013P25	Moldova	Dac-Spectromed	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP), set 50 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000323334	ISO, CE.
28	33100000-1	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste)	APTT-DAC-EA / 4005A100	Moldova	Dac-Spectromed	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste)	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), set 100 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000302432	ISO, CE.
29	33100000-1	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 50 teste)	APTT-DAC-EA / 4005A50	Moldova	Dac-Spectromed	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 50 teste)	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), set 50 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000323333	ISO, CE.
31	33100000-1	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 50 teste)	Fibrinogen-DAC / 4020F60	Moldova	Dac-Spectromed	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 50 teste)	Set p/u determinarea fibrinogenului, set 60 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000323336	ISO, CE.
33	33100000-1	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%	Clean Cell-DAC / 3243C1000	Moldova	Dac-Spectromed	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%, flacon 1 litru, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000390678	ISO, CE.
49	33100000-1	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat	Thymol-DAC / 3087T500	Moldova	Dac-Spectromed	Soluție concentrată, pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l, Factorul reumatoid până la 500 ME/ml.	<b>Proba cu timol</b> (Flacoane cu volumul 10-11 ml.) determinarea la analizator automat. Soluție concentrată, pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: 0,00 S-H Coeficientul de variație intraserial: 3,5 Coeficientul de variație extraserial: 3,1 Interferențe: Bilirubina până la 0,69 mmol/l, Acidul ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie- trigliceride până la 2 g/l Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. DM000512071	ISO, CE.
55	33100000-1	RF - LATEX	RefaTex-DAC / 1039R100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Setul să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	<b>RF</b> , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305267	ISO, CE.
56	33100000-1	RPR-latex test	RPR-CARBON-DAC / 1040R100P	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	<b>Teste RPR</b> , bazate pe reacție de aglutinare pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set 100 teste. Componenta setului (în instrucțiune de utilizare): 1. RPR reagent - Varianta macroscopică. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card de <b>0,5cm</b> ). 3. Control negativ. 4. Control pozitiv. Sensibilitatea 100% - instrucțiune de utilizare, Specificitatea 100% - instrucțiune de utilizare. Catalog pag. 8. Nr. de înregistrare DM000674883	ISO, CE.
72	33100000-1	ASLO – LATEX	ASLO-DAC / 1031A100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Setul să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	<b>ASLO</b> , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305258	ISO, CE.
73	33100000-1	CPR - LATEX	CRP-Latex / 1033C100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Setul să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	<b>CRP</b> , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305263	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

*Data: 07.02.2025*

*Valabilitatea ofertei - 160 zile.*