



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractanta – in coloanele 1, 5]

Numarul licitatiei: COP nr. 21223857	Data: 21.05.2024
Denumirea licitatiei: Servicii de mentenanță și verificare periodică a echipamentului medical pentru anul 2024 (generator de oxigen, compresor de aer, uscător de aer, sistem de filtrare aer, rezervor de aer, rezervor de oxigen)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lot 1 – Servicii de mentenanță și verificare periodică a echipamentului medical pentru anul 2024					
1.1 Generator de oxigen Model POC 8300-MED	-	-	-	Verificare periodică	Schimbare elemente filtrante: - IPE123SMA de 0,01 micro - IPE123CA de carbon activ - IPE78FF3 de 3 micro - P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Curent de scurgere la pacient (μA) Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testarea funcționării purjelor de condens

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					Testarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor
1.2 Compresor de aer Model ASD60/12 bar	-	-	-	Verificare periodică	Kit B: - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Filtru separator 1 - Service Unit Eco-Drain 31F - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte lucrări: - Gresarea rulmenților - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei - Verificarea termostatului electronic ETC -Curățarea compresorului și radiatorului -Demontarea/curățarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune și Sens. -Resetarea orelor de mentenanță -Verificarea și resetarea SIGMA Control -Verificarea și ajustarea tensiunii de intrare în compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.3 Kit service Unit Eco-drain 31 Vario ASD 60	-	-	-	Verificare periodică	Verificare periodică
1.4 Uscator de aer Model ACT 55	-	-	-	Verificare periodică	Mașina curățată: *Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate "Deconectarea-File" conexiunile

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. *Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. *Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. *Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. *La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.
1.5 Sistem de filtrare aer (NEA 226SMAx2 + NEA 242SMA + NEA340RD) Turn cărbune: Indicator ulei rezidual A-4000-120 Purja automată Ethadrian TRIM1	-	-	-	Verificare periodică	Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc. Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc. Cartuș cod. EAL2642RD1 = 1 buc. Schimbare Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore) cod. A-4000-121 Mentenanță purja automată (kit service purja)
1.6 Rezervor de aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1	-	-	-	Verificare periodică	Verificare scurgeri Verificare purja automată
1.7 Rezervor de oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	-	-	-	Verificare periodică	Verificare scurgeri
1.8 Panou electric	-	-	-	Verificare periodică	Verificare panou electric Schimbare siguranțe

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
 Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul licitatiei: COP nr. 21223857	Data: 21.05.2024
Denumirea licitatiei: Servicii de mentenanță și verificare periodică a echipamentului medical pentru anul 2024 (generator de oxigen, compresor de aer, uscător de aer, sistem de filtrare aer, rezervor de aer, rezervor de oxigen)	

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
3310000-1	Lot 1 – Mentenanța stației de producere a oxigenului medical a IMPS SR Căușeni ”Ana și Alexandru”						
	Generator de oxigen Model POC 8300-MED	Intervenție	1	47.500,00	57.000,00	47.500,00	57.000,00
	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Intervenție	1	61.376,00	73.651,20	61.376,00	73.651,20
	Kit service Eco-drain Vario ASD 60	Intervenție	1	9.200,00	11.040,00	9.200,00	11.040,00
	Uscator de aer Model ACT 55	Intervenție	1	2.450,00	2.940,00	2.450,00	2.940,00
	Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 + NEA 242SMA + NEA340RD Turn carbune: Indicator Ulei rezidual A-4000-120 Purja automata Ethadrian TRIM1	Intervenție	1	29.690,00	35.628,00	29.690,00	35.628,00

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1	Intervenție	1	1.240,00	1.488,00	1.240,00	1.488,00
Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	Intervenție	1	850,00	1.020,00	850,00	1.020,00
Panou electric	Intervenție	1	1.450,00	1.740,00	1.450,00	1.740,00
TOTAL					153.756,00	184.507,20

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău