

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:			ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 / nr. 21119245					Data: 24.12.2023, 16:40		Alternativa nr.:	
Denumirea procedurii de achiziție:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)								Pagina:1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1	2		3	4	5	6	7	8			
3310000-1	46	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	XI-931FT	China	CARETIUM Medical Instruments CO. Ltd.	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi ionoselectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator ionoselectiv 931 FT Na, K, Cl - User's Manual- pag.1 , Chapter 1 . Cod 150600 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi ionoselectivi. Parametrul Specificația : User's Manual - pag.1, - 1.2 Instrument structure Tip probă Ser DA - Chapter 3, pag. 5 Urină DA Plasmă DA Sînge integru DA Tip analize Na - DA K - DA ; Cl - DA Spălare automată DA Display LCD sau LED - DA - 3.6 Output , pag.5. Printer. DA Data management DA Interfața PC - DA Reagenți : Chapter 4 , pag. 6. Toți reagenții sunt inclus , necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare - 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării - 6 luni		 Declarația de Conformitate 98/79/CE; Certificat ISO 13485:2016; Notificare pentru Inregistrarea in Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director _____

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6 _____