

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1688649243819** din **08.08.2023**Obiectul achiziției: **Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100001	5	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	CM-6MT	Letonia	Elmi	Centrifuga de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant) Maximală, rpm 3500(pliant) Setări setarea vitezei(pliant) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml(pliant) Numărul de tuburi 24 unitati(pliant) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 3) Incrementarea ≤ 1 (minmanual de utilizare p 3) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant) Debalansare -da(pliant) Pornire/oprire da(pliant) Capac deschis da(pliant) Display Digital da(pliant) Nivelul de zgomot ≤ 55 dB (pliant) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da(pliant)	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitiiOfertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5