

## EU-Konformitätserklärung

## EC Declaration of Conformity

Analytik Jena GmbH • Konrad-Zuse-Straße 1 • 07745 Jena

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung der (des) genannten Produkte(s) mit der EG-Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU für die Gerätesicherheit und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We declare under sole responsibility the compliance of the mentioned product(s) with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU for device security and the RoHS Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.

### Gerätebezeichnung / Device name

#### **SPECORD® PLUS Serie / Versions:**

**SPECORD® 50 PLUS**  
**SPECORD® 200 PLUS**  
**SPECORD® 210 PLUS**  
**SPECORD® 250 PLUS**

### Normen / Standards & Sicherheitsziele / Safety Goals

EN 61326-1: 2013  
EN 55011: 2009 / A1: 2010  
EN61010-1: 2010  
EN61010-2-081: 2015  
ISO 9022-2  
ISO9022-3

### Konformitätsbewertungsverfahren / assessment procedure

Update Konformitätsbewertungsverfahren UV/VIS-Spektralphotometer

### Das Gerät ist gekennzeichnet mit / The device is marked with:



Ulrich Krauss  
Geschäftsführer  
Managing Director

Jena, den 04.01.2021

Dr. Jürgen Otte  
Qualitätsmanager  
Quality Manager