

la Licităția nr. ocds-b3wdp1-MD-1561462544376 din 19.07.2019

**Tabelul de corespundere a parametrilor tehnici al dispozitivelor medicale
propușe specificațiilor tehnice solicitate:**

Lot 1: Analizator hematologic – 1 un.

Model:	XN-1000
Producător:	Sysmex
Țara de origine:	Japonia

Specificarea tehnică deplină solicitată		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Cod	150570	
Descriere-	Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componentei sanguine	Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componentei sanguine
Parametru	Specificația	
Tip sistem	închis	închis
Metode de măsurare	impedansmetrică	impedansmetrică
	fotometrică	fotometrică
	citometria fluorescentă în flux (5 diff)	citometria fluorescentă în flux (5 diff)
Procedura de curățire-	automată	automată
Parametri determinați și calculați:	WBC	WBC
	RBC	RBC
	Hgb	Hgb
	Hct	Hct
	MCV	MCV
	MCH	MCH
	MCHC	MCHC
	PLT	PLT
	LYM#	LYM#
	MON#	MON#
	NEU#	NEU#
	BAS#	BAS#
	EOS#	EOS#
	LYM%	LYM%
	MON%	MON%
	NEU%	NEU%
	BAS%	BAS%
	EOS%	EOS%
	IG#	IG#
	IG%	IG%
	RDW	RDW
	PDW	PDW
	MicroR	MicroR
	MacroR	MacroR
	MPV	MPV
	P-LCR	P-LCR
	PCT	PCT

	NRBC#	NRBC#
	NRBC%	NRBC%
	RET#	RET#
	RET%	RET%
	IRF	IRF
	LFR	LFR
	MFR	MFR
	HFR	HFR
	RET-He	RET-He
	RBC-He	RBC-He
	Delta-He	Delta-He
	HYPO-He	HYPO-He
	HYPER-He	HYPER-He
Măsurarea lichidului biologic-	da	Da
Capacitate (probe/oră)-	≥100	100 probe/oră
Volumul probei-	<90 µl	88 µl
Încărcător automat a eprubetelor cu probe-	≥50 de eprubete simultan	50 de eprubete simultan
Regim de STAT-	da	Da
Diluarea-	automată	Da
Afişaj-	grafic	Da
Ecran-	≥22”, Touch screen	22”, Touch screen
Calculator-	Extern	Extern
Imprimantă-	alb-negru	alb-negru
Introducerea datelor	manual	Manual sau prin cititorul de barcod
Interfaţa PC	da	Da
Afişarea histogramelor-	da	Da
Stocarea datelor-	da	Da
Calibrarea-	automată	automată
	manuală	manuală
Grafice	RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)	RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)
	PLT (repartizarea trombocitelor după volum)	PLT (repartizarea trombocitelor după volum)
Scatergrame	WBC - 5 diff	WBC - 5 diff
Afişarea pe ecran a tuturor datelor-	histograme	histograme
	rezultate	rezultate
	grafice	grafice
	rezultate din arhivă	rezultate din arhivă
	date de servis	date de servis
Sistem ID reactiv	cititor de barcod	cititor de barcod
Monitorizarea datelor pacientului	nume pacient	nume pacient
	ID pacient	ID pacient
	sex	sex
	vîrsta	vîrsta
Monitorizarea datelor reactivului	numărul lotului	numărul lotului
	data expirării	data expirării
	volumul rămas	volumul rămas

Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați	Parametri determinați și calculați
	histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT	histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT
	date despre pacient	date despre pacient
Indicatori de avertizare	da	Da
Control al calității	≥ 3 nivele	3 nivele
	Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings	Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings
Memorie internă-	≥ 100.000 pacienți	100.000 pacienți
Alimentarea	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Accesorii	Vas pentru deșeuri	Da
	tuburi pentru reagenți	Da
	tuburi pentru spălare	Da
Reagenți		
Reagenți	Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize	Da
Accesorii, consumabile	Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 analize	Da
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării	≥ 6 luni	≥ 6 luni