

Autoclav 600 litri	SMB-DSD-540, STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED , Turcia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Sterilizator cu aburi Autoclav cu 2 uși glisante (Încărcare și descărcare separată) Material panel de față - metal inox Material cameră autoclavare - metal inox AISI 316 Material uși glisante - metal inox AISI 316 Material generator de aburi - metal inox AISI 316 Material tubulatură - metal inox Forma camerei - dreptunghiulară Pompă de vacuum cu inel de lichid Uscare cu vid Manometru pentru monitorizarea presiunii în autoclav ≥ 2 Dotat cu filtru de aer Dotat cu buton deconectare de urgență Ambele uși pneumatice Ermetizarea garniturii uși cu aer comprimat Ușile automate cu sistem de blocare pentru siguranță Monitorizare de la distanță Printer incorporat Minimum 2 programe de lucru (121°C și 134°C pentru instrumente) Minimum 2 programe de testare (Leak rate test/Vacuum test, Test B&D) Puterea generatorului de aburi ≤ 60 kW Autoclavul are posibilitatea să fie montat în perete cu acces liber pentru deservire Tensiune de alimentare 380V, 50 Hz, 3 faze Protecție de la deconectare de lumină Volumul camerei 600 L $\pm$ 40 L (8 STU) Bloc de control Display-uri separate în zonele de încărcare și descărcare Afișarea procesului de autoclavare, a parametrilor de temperatură și presiune Afișare erorilor și alarmelor pe ecran Accesorii și consumabile Cărucior pentru încărcarea și descărcarea cassetelor Kituri de MP pentru minimum 1 an de funcțiune Platformă cu 2 nivele din inox pentru casete Compresor de aer compatibil cu autoclavul, p/u sistemul pneumatic Hârtie pentru imprimanta autoclavului Cerințe adiționale Instalarea utilajului, conectarea la rețeaua de apă și electricitate de către agentul economic câștigător Instalația trebuie să fie montată în perete Instalarea și punerea în funcțiune a softului pentru monitorizare de la distanță Inginerul responsabil este obligat să vină în timp de 48 ore după solicitare în cazul defectării aparatului sau a lucrului incorect al acestuia. Training la solicitare Garanție 24 luni minimum	Da, Sterilizator cu aburi / EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ Technical Details/ pag.7/ Steam Generator; Da, Autoclav cu 2 uși glisante (Încărcare și descărcare separată) / Double doors (DSD model) /Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224 / EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ Technical Details/ pag.8/ Door and Safety System Da, Material panel de față - metal inox / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/ Body; Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/ Panels Surrounding Da, Material cameră autoclavare - metal inox AISI 316 /Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/Chamber Da, Material uși glisante - metal inox AISI 316 /Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/Door Da, Material generator de aburi - metal inox AISI 316 /Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Steam Generator/Construction Da, Material tubulatură - metal inox /Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/Piping Da, Forma camerei – dreptunghiulară / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Construction/ Chamber Da, Pompă de vacuum cu inel de lichid / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ Vacuum/Source Da, Uscare cu vid / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Vacuum/ Da, Manometru pentru monitorizarea presiunii în autoclav ≥ 2 / EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ pag.9/ Da, Dotat cu filtru de aer / EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ Technical Details/ pag.17/ Da, Dotat cu buton deconectare de urgență / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Safety & Quality Features/ Da, Ambele uși pneumatice /EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ Technical Details/ pag.8/ Door and Safety System Da, Ermetizarea garniturii uși cu aer comprimat / EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ Technical Details/ pag.8/ Door and Safety System Da, Ușile automate cu sistem de blocare pentru siguranță / Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Safety & Quality Features/ Doors locks under pressure Da, Monitorizare de la distanță /EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ / pag.10/ Remote acces via ethernet /EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ / pag.14/ Ability to watch the programme phases on computer Da, Printer incorporate /EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ pag.15/ Thermal printer Da, 7 programe de lucru (121°C și 134°C pentru

	instrumente) <i>/Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224 /Standard Programs</i> Da, 2 programe de testare (Leak rate test/Vacuum test, Test B&D) <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224 /Standard Programs</i> Da, Puterea generatorului de aburi 40 kW <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/pag.1/Steam GENERATOR/ POWER KW</i> Da, Autoclavul are posibilitatea să fie montat în perete cu acces liber pentru deservire <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/pag.2/Installation Conditions</i> Da, Tensiune de alimentare 380V, 50 Hz, 3 faze <i>/Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Installation Requirement</i> Da, Protecție de la deconectare de lumină <i>/ EN-GENERAL STERILMED CATALOG/pag.10/Power cut (audio and visula warning);</i> <i>/Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Safety & Quality Features/Short circuit protection</i> Da, Volumul camerei 560 L (8 STU) <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224 / pag.1/ SMB-DSD-540</i> Da, Bloc de control <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/ pag.1/ Device/ Control System</i> Da, Display-uri separate în zonele de încărcare și descărcare <i>/ Steam Sterilizer Datasheet v.1.0.0224/Device/ Display Sizes Available</i> <i>/ EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ pag.9/ On both sides it is equipped..LCD screens</i> Da, Afișarea procesului de autoclavare, a parametrilor de temperatură și presiune <i>/EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ pag.10/ Control Panel</i> Da, Afișare erorilor și alarmelor pe ecran/<i>EN-GENERAL STERILMED CATALOG/ pag.10/ Control Panel/ Visual, written, audio warning system monitoring</i> Accesorii și consumabile Da, Cărucior pentru încărcarea și descărcarea cassetelor Da, Kituri de MP pentru 1 an de funcțiune Da, Platformă cu 2 nivele din inox pentru casete Da, Compresor de aer compatibil cu autoclavul, p/u sistemul pneumatic Da, Hârtie pentru imprimanta autoclavului <i>Cerințe adiționale</i> Da, Instalarea utilajului, conectarea la rețeaua de apă și electricitate de către agentul economic câștigător Da, Instalația trebuie să fie montată în perete Da, Instalarea și punerea în funcțiune a softului pentru monitorizare de la distanță Da, Inginerul responsabil se va prezenta în timp de 48 ore după solicitare în cazul defectării aparatului sau a lucrului incorect al acestuia. Da, Training la solicitare Da, Garanție 24 luni
--	--