

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1710158049778 din 27.03.2024

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Pharmony SRL, declară că:

1. termenul de valabilitate, va fi cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării;
2. mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare.

Cerințe obligatorii ce se vor respecta pentru bunurile ce se achiziționează:

1. Consumabilele pentru dializă corespund aparatajului utilizat în secțiile de hemodializă;
2. Materialele de consum vor fie biocompatibile și ambalate steril cu o valabilitate de utilizare cel puțin de 2 ani;
3. Dializatorul va corespunde cerințelor calitative solicitate de către cumpărător;
4. Pentru asigurarea compatibilității procedurilor de hemodiafiltrare, materialele de consum destinate hemodiafiltrării necesită a fi livrate numai în set: hemodiafultrul + liniile (magistralele) pentru sânge + acele pentru puncție + liniile de protecție + filtrul suplimentar pentru filtrarea dializatului;
5. Sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă:
 - 1) Sărurile (soluțiile) concentrate pentru hemodializă trebuie să corespundă cerințelor universale pentru astfel de proceduri și să fie livrate în ambalaj corespunzător, fără a avea contact cu aerul sau apa;
 - 2) Pentru aparatajul firmei Fresenius se acceptă numai săruri concentrate granulate (toate secțiile dispun de mixere pentru pregătirea soluțiilor concentrate de dializă) sub forma de compoziție chimică: hemodializă – bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor de dializă în cartridge (cartușe), fără o reglare prealabilă a aparatului.
 - 3) Termenul de valabilitate a sărurilor granulate trebuie să corespundă cerințelor solicitate;
 - 4) Se acceptă livrarea concentratului de dializă în canistre în formă lichidă (soluție) sau componente lichide și cartușe în secțiile care nu dispun de mixere (pentru aparatele Dialog, BBraun);
6. Dezinfectantele se vor livra sub formă de soluții concentrate, în canistre ermetic ambalate și trebuie să fie compatibile cu aparatajul de hemodializă instalat în secțiile solicitate. În cazul livrării dezinfectanților noi, este indispensabilă instrucțiunea corespunzătoare de utilizare a lor și măsurile de securitate.
7. Cateterele dublu-lumen, alte consumabile vor fi livrate în conformitate cu cerințele calitative și specificarea solicitantului (caracteristica, dimensiunile, gradația internațională, ș.a.). Nu se acceptă catetere rigide care se frâng.

Director

Alexandru ȘARCO