

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii achiziție Achiziției comerciale N21075360 din 09.03.20230

Denumirea

[IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemițanu](#)

Codul fiscal/IDNO

[1003600162881](#)

Adresa

MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.31 August 1989, 137A

Denumirea procedurii de achiziție- Dispozitivelor medicale și de rehabilitare pentru anul 2023, Cererea ofertelor de prețuri

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet 1 MHz și 3 MHz	Sonopulse 1/3	Brazilia	Ibramed	Specificații tehnice: Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz. Dimensiuni solicitate: 36 x 31,5 x 12,5 (L x Î x H) cm. Greutate aproximativă fără accesorii: 2,2 Kg.	Specificații tehnice: Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz. Dimensiuni solicitate: 36 x 31,5 x 12,5 (L x Î x H) cm. Greutate aproximativă fără accesorii: 2,2 Kg.	CE

					Perioada de garanție – min.12 luni	Perioada de garanție – min.12 luni	
Dispozitiv fizioterapeutic de frecvență joasă	Radius-01	Belarus	Klar	<p>Destinat acțiunii terapeutice cu frecvență sonoră de unde sinusoidale modulate.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>Frecvența sinusoidală – 5000 Hz</p> <p>Frecvența tensiunii de modulare a unei forme sinusoidale - 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz</p> <p>Factor de modulare 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (modul de supramodulare)</p> <p>Interval de curent al pacientului (reglabil) (0 - 10) mA, (0 - 20) mA, (0 - 100) mA</p> <p>Sursa de alimentare - 220 V, 50 Hz</p> <p>Perioada de garanție – min.12 luni</p>	<p>Destinat acțiunii terapeutice cu frecvență sonoră de unde sinusoidale modulate.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>Frecvența sinusoidală – 5000 Hz</p> <p>Frecvența tensiunii de modulare a unei forme sinusoidale - 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz</p> <p>Factor de modulare 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (modul de supramodulare)</p> <p>Interval de curent al pacientului (reglabil) (0 - 10) mA, (0 - 20) mA, (0 - 100) mA</p> <p>Sursa de alimentare - 220 V, 50 Hz</p> <p>Perioada de garanție – min.12 luni</p>	CC	
Dispozitiv fizioterapeutic pentru darsonvalizare	Korona C	Ukraina	Novator	<p>Destinat utilizării în tratamentul și profilaxia unui spectru larg de maladii în cabinetul de fizioterapie.</p> <p>Poate fi utilizat simultan la 2 pacienți cu regimuri individuale de tratament.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoarea de vârf a tensiunii de ieșire min. 25kV, max. 75kV - Frecvența de trecere a videoimpulsurilor - 100 Hz - Frecvența impulsurilor - 110 kHz - Sursa de alimentare - 220 V 	<p>Destinat utilizării în tratamentul și profilaxia unui spectru larg de maladii în cabinetul de fizioterapie.</p> <p>Poate fi utilizat simultan la 2 pacienți cu regimuri individuale de tratament.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoarea de vârf a tensiunii de ieșire min. 25kV, max. 75kV - Frecvența de trecere a videoimpulsurilor - 100 Hz - Frecvența impulsurilor - 110 kHz - Sursa de alimentare - 220 V - Greutatea aparatului (fără 	CC	

				<p>- Greutatea aparatului (fără ambalaj) aprox. 8 kg Setul va include și pachetul de electrozi: bandă electrod - 1 buc. ciupercă mic - 1 buc. pieptene - 2 buc. ureche - 1 buc. gume - 1 buc. rectal mic - 1 buc. rectal mare - 1 buc. arc - 1 buc. neg - 1 buc. ciupercă mare - 2 buc.</p> <p>Perioada de garanție – min.12 luni</p>	<p>ambalaj) aprox. 8 kg Setul va include și pachetul de electrozi: bandă electrod - 1 buc. ciupercă mic - 1 buc. pieptene - 2 buc. ureche - 1 buc. gume - 1 buc. rectal mic - 1 buc. rectal mare - 1 buc. arc - 1 buc. neg - 1 buc. ciupercă mare - 2 buc.</p> <p>Perioada de garanție – min.12 luni</p>	
Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroforeză	Potok-01	Ukraina	Zavet	<p>Specificatii tehnice: Rețea de alimentare - 220 V; Frecvența rețelei - 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 15W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină până la 0,5%; Greutatea max. 1,5 kg. Perioada de garanție – min.12 luni</p>	<p>Specificatii tehnice: Rețea de alimentare - 220 V; Frecvența rețelei - 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 15W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină până la 0,5%; Greutatea max. 1,5 kg. Perioada de garanție – min.12 luni</p>	CC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Busuioc Anatol În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "RESTMED" Adresa: Drumul viilor 42/3
