

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1601018361612 din 03 octombrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Consumabile pentru hemodializă

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	11	Catetere Dublu-Lumen	Certofix Duo HF V1220	Germania	B/Braun	Catetere Dublu-Lumen, seturi, pentru cateterismul vaselor magistrale: Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol).	corespunde	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perepețița Igor În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis Internațional Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3