

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1549872433233						Data: 04.03.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Reactive și consumabile pentru anul 2019						Lot: 1, 2, 3, 25, 37, 38, 39, 40.	Pagina: __ din __
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Reactive pentru investigații biochimice pentru analizatorul Respons 910 (tip închis)							
1.1	33696 500-0	Reactive pentru investigații biochimice pentru analizatorul Respons 910 (tip închis)	-	Germania	DIASYS	Conform cerințelor tehnice atașate	Conform anexei nr.1
Lotul 2: Lista reactivelor pentru Analizatorul Hematologic Advia 120 SIEMENS Healthcare Diagnostics VI DIFF, tip închis							
2.1	33696 500-0	Lista reactivelor pentru Analizatorul Hematologic Advia 120 SIEMENS Healthcare Diagnostics VI DIFF, tip închis	-	Germania	SIEMENS	Conform cerințelor tehnice atașate	Conform anexei nr.2
Lotul 3: Reagenți și consumabile pentru analizorul prin chemiluminiscentă amplificată enzimatic (sistem închis) Siemens Immulite 2000							
3.1	33696 500-0	Reagenți și consumabile pentru analizorul prin chemiluminiscentă amplificată enzimatic (sistem închis) Siemens Immulite 2000	-	Germania	SIEMENS	Conform cerințelor tehnice atașate	Conform anexei nr.3
Lotul 25: Transponder (p/u determinarea VSH) cu material de control							
25.1	33696 500-0	Transponder (p/u determinarea VSH) cu material de control	-	Italia	DIEESE	-	Conform anexei nr.4
Lotul 37: Kit de Mentenanța Advia 120							
37.1	33696	Kit de Mentenanța Advia 120	-	Germania	SIEMENS	Sheath Rinse filter, Perox Seath	Sheath Rinse filter, Perox Seath

	500-0					filter, Opti Point, Set Point, Plungere (50ml) – 2; Plungere (1000ml) – 2	filter, Opti Point, Set Point, Plungere (50ml) – 2; Plungere (1000ml) – 2
Lotul 38: Kit de Mentenanța Immlite 2000							
38.1	33696 500-0	Kit de Mentenanța Immlite 2000	-	Germania	SIEMENS	Insert, tube, delution well, seal lower, seal upper, filter in - line fluid, tubing 1/8 ID x ¼ OD tygon, Sping, DRD, 0,265/3,75 ml, Kit solid waste chute, replac, kit, waste manifold insert, RE, fitting elbow barbed ½ x 3/8, kit vacuum pump trap, lubricant valve. Roller foam, e.c.)	Insert, tube, delution well, seal lower, seal upper, filter in - line fluid, tubing 1/8 ID x ¼ OD tygon, Sping, DRD, 0,265/3,75 ml, Kit solid waste chute, replac, kit, waste manifold insert, RE, fitting elbow barbed ½ x 3/8, kit vacuum pump trap, lubricant valve. Roller foam, e.c.)
Lotul 39: Kit de Mentenanța Respons 910							
39.1	33696 500-0	Kit de Mentenanța Respons 910	-	Germania	DIASYS	Ac (proba), filtru, lampa, set tuburi	Ac (proba), filtru, lampa, set tuburi
Lotul 40: Kit de Mentenanța MINICUBE							
40.1	33696 500-0	Kit de Mentenanța MINICUBE	-	Italia	DIEESE	Soluție de spălare, soft de dedicat, calibrator	Soluție de spălare, soft dedicat, calibrator

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu

În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Medlux Group SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 23, of. 94