

Anexa 22 Specificații tehnice

el va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul licitației:	LP nr:ocds-b3wdp1-MD-1744624060362	Data: „06”mai 2025	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2		Pagina: din ____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Prod u- cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
33100000-1	37	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA	456011	GBO	Austria	1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb sau mov. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb sau mov. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 50001 and 14001, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5