

Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”  
Aliona Caraganciu Telefonul de contact 22 23-35-03 / 069108300E-mail aliona.caraganciu@adm.utm.md  
ocds-b3wdp1-MD-1723631856163 din 05.09.2024

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	38500000-0	2.1 Cabinet microbiologic (600-800x500-600x550-700)	EN 12469 Certified BSC-2FA2-HA	China	Biobase	- Clasa de biosiguranță II, tip A2;- Flux laminar vertical; - Dimensiuni exterioare: (700-900x650-750x1200-1300)Lungime: (700-900)Lățime/adincime: (650-750)Înălțime: (1200-1300mm) - Dimensiuni interioare: (600-800x500-600x550-700)Lungime: (600-800)Lățime/adincime: (500-600)Înălțime: (550-700mm)- Deschidere de lucru: - Suprafața de lucru confecționată din oțel inoxidabil, înconjurată de presiune negativă;- Panou frontal cu sticlă ramforsată dublu stratificată ≥ 5mm. Anti UV, unghi de înclinare 10°;- Lampă de iluminare LED, iluminare >1000 lx;- 2 Lampe UV cu emisie la 253.7 nm ;- 2 Prize protejate la umiditate;- 2 Filtre Hepa cu 99.999% eficiența la 0.3µm si cu indicator pentru durata de utilizare; - Panou de control extern;- Racord de conectare la tubulatura de evacuare a aerului cu eliminare in afara cabinetului microbiologic direct in sistemul de ventilare.Echipamentul va fi certificat CE și va respecta standardul EN 12469. Certificat conform ISO 5/CLASS 100 conform ISO 14644-1.	Clasa de biosiguranță II, tip A2;- Flux laminar vertical; - Dimensiuni exterioare: (700x700)x1230 Lungime: (700)Lățime/adincime: (700)Înălțime: (1230mm)- Dimensiuni interioare: (600x500x540)Lungime: (600)Lățime/adincime: (500)Înălțime: (540mm)- Deschidere de lucru: - Suprafața de lucru confecționată din oțel inoxidabil, înconjurată de presiune negativă;- Panou frontal cu sticlă ramforsată dublu stratificată 6mm. Anti UV, unghi de înclinare 10°;- Lampă de iluminare LED, iluminare >1000lx- 2 Lampe UV cu emisie la 253.7 nm ;- 2 Prize protejate la umiditate- 2 Filtre Hepa cu 99.9995% eficiența la 0.15µm si cu indicator pentru durata de utilizare; - Panou de control extern;- Suport cu roțile, pentru cabinet mobilEchipamentul va fi certificat CE și va respecta standardul EN 12469.	ISO, CE Marca

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	38500000-0	2.1 Cabinet microbiologic (600-800x500-600x550-700)	bucăți	4	118,760.0000	142,512.0000	475,040.00	570,048.00	Livrarea în decurs de 90 zile calendaristice după semnarea contractului la următoarele adrese: MD-2049, mun. Chişinău, str. Academiei 3/3,
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>475,040.00</b>	<b>570,048.00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 90 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu