

Specificația tehnică completată

Lot1. Dezinfecțanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant
1.1 Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea chimică a instrumentelor endoscopice SteelcoXide-A sau echivalentul, compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total. - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului Cerințe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. Soluție necorozivă, să nu fie alergică. Să conțină componente active cu effect cu ADAVAMIR COMPLEX, asigurând o sterilizare eficientă. Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	1.1 Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea chimică a instrumentelor endoscopice SteelcoXide-A sau echivalentul, compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 DM000302767 Certificări: DA Conform ISO 15883 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical DA Conform ISO 14937 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical -DA Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; - DA confirmam precum la livrare termenul de valabilitate a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total. - DA Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. Numarul este indicat mai sus - DA Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului. Este descrisa in manulul de utilizare a echipamentului EW 2/2 pag. 33-34 Versiunea Engleza si pag. 34-35 Versiunea Rusa. Cerințe tehnice DA Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Soluție necorozivă, să nu fie alergică. DA Să conțină componente active cu effect cu ADAVAMIR COMPLEX, asigurând o sterilizare eficientă. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Ambalaj: canistră 5 litri pag. 3 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Vor fi oferite la semanrea contractului exemplarele cu stampila

Anexa 1

Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor 300 L 150 000 prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.	DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
1.2 Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 -Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului Cerințe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. Soluție necorozivă, să nu fie alergică.	1.2 Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 DM000302766 Certificări: DA Conform ISO 15883 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical DA Conform ISO 14937 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical -DA Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; -DA Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - DA Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor Numarul este indicat mai sus -DA Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului Este descrisa in manulul de utilizare a echipamentului EW 2/2 pag. 33-34 Versiunea Engleza si pag. 34-35 Versiunea Rusia. Cerințe tehnice DACompoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Soluție necorozivă, să nu fie alergică.

Anexa 1

Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.	Ambalaj: canistră 5 litri pag. 3 din Technical Data Sheet Steelcoxide –A & Steelcoxide-B DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Vor fi oferite la semănarea contractului exemplarele cu stampila DA Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Volumul de 5 L Forma cubica cu dimensiunile Lățimea 175 mm x Lungimea 155 mm x Înălțimea 254 mm DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 Certificări: Conform ISO 15883 Conform ISO 14937 -Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor	Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 - DM000302765 Certificări: DA Conform ISO 15883 pag. 2 din Technical Data Sheet Steelcoxide –A & Steelcoxide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical DA Conform ISO 14937 pag. 2 din Technical Data Sheet Steelcoxide –A & Steelcoxide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical -DA Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului; - DA Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total -DA Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pînă la deschiderea ofertelor

Anexa 1

-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului Cerințe tehnice Compoziție: Detergent sintetic compatibil cu procesul de sterilizare. Soluție necorozivă, să nu fie alergică. Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut	-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului. Numarul este indicat mai sus Cerințe tehnice DA Compoziție: Detergent sintetic compatibil cu procesul de sterilizare. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Soluție necorozivă, să nu fie alergică. DA Ambalaj: canistră 5 litri pag. 3 din Technical Data Sheet SteelcoXide –DT DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Vor fi oferite la semănarea contractului exemplarele cu ștampila DA Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Volumul de 5 L Forma cubica cu dimensiunile Lățimea 175 mm x Lungimea 155 mm x Înălțimea 254 mm DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
---	---