

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21032596							din 25.12.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Alcotester Conform necesitatilor IMSP SCMS MPS							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul Cpv		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
38960000-2		Alcotester cu set de muștucuri de minim 200 bucăți	Seturi alcooltest: Dräger Alcotest® 5820 + Accesorii: husa + 200 mustucuri 68 10 830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Interval de măsurare: de la 0.00 la 5.00 %; Sensor: Electrochimic; Precizie: +/- 0.05% la punctul 1%; Baterie: 2 baterii standard AAA; Greutatea: 150 – 200 g; Temperatura de operare: 0-400C; Caracteristici și funcții: oprire automată; Timp de pregătire: max 20 sec; Timp afișare rezultate: max 30 sec; Accesorii: - 200 mustucuri sterile, ambalate individual; - husa; Termen de garanție – min 12 luni; Obligativu Certificat metrologic și Calibrarea	Principiu de măsurare Senzor electrochimic DrägerSensor în tehnologie 1/4 "; specific alcoolului Domeniu de măsurare 0 până la 2,5 mg / L; dacă se depășește limita domeniului de măsurare, se afișează un mesaj Eșantionare standard: eșantionare automată atunci când volumul minim resp. se atinge timpul de suflare definit; Eșantionare pasivă fără muștiuc sau inițierea manuală de probe posibile Gata de utilizare Aprox. 2 s după pornire Afișarea rezultatului măsurării După aprox. 3 s (la 0 mg / L); după aprox. 10 s (la 0,5 mg / L, temperatura camerei) Temperatura de funcționare -5 până la +50 ° C / 23 până la 122 ° F Umiditate relativă 10 - 100% umiditate relativă (fără condens și în stare de funcționare) Presiune ambientală 600 - 1.300 hPa / 17,7 - 38.4 inch Hg Afișaj Ecran LCD retroiluminat grafic; 32 x 22 mm / 1,3 "x 0,9" (128 x 64 pixeli) LED 2 culori, pentru a susține afișarea rezultatelor și a mesajelor de avertizare Semnal sonor Diferite tonuri de semnal pentru a susține afișarea mesajelor și avertismentelor Datalogger Stocarea ultimelor 100 de teste cu numere de testare Sursa de alimentare 1 x baterie CR123A, indicator de nivel de încărcare pe afișaj, cu o baterie - aprox. Se pot face 1.500 de teste de respirație. Adaptarea muștiucului Îmbunătățirea atașamentului muștiucului Slide'n'click; poate fi montat pt orientarea spre dreapta sau spre stânga 200 buc Muștiuc igienic, ambalat individual, cu ieșire de aer rezistentă la manipulare, rezistentă la manipulare, ejector al muștiucului și distanțier între gură și carcasa instrumentului Conceptul de funcționare Funcțiile de măsurare pot fi realizate cu ajutorul unui singur buton; navigarea prin meniu se face prin butonul cu două meniuri Calibrare Calibrarea gazelor umede sau a gazelor uscate Carcasă ABS / PC rezistent la impact Dimensiuni (L x Î x A), greutate Aproximativ. 50/60 x 141 x 31 mm / 2 "/2,4" x 5,6 "x 1,2"; aproximativ 150 g / 0,33 lbs, incl. baterie Termen de garanție – 12 luni; Certificat metrologic și calibrarea	Marcaj CE, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EN15964
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23