

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21182647 din 13.03.2024

Obiectul de achiziție: Consumabile angeografice

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
6.Sistema de perfuzie cu presiune inalta	42.04.40006	China	SCW Mediacath Ltd	Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("RIGHT ON") + set de supape de hemostază (Push Pull cu linie de prelungire de 25 cm și robinet de oprire) 30 atm Volum (ml) 30 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236621	CE
Total lot 6						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**