

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756213385644 din 20.10.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026– PARTEA II								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	98	Sensor de oxigen	M-07	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, VS500S, Heyer, Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, VS500S, Heyer, Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452556
33100000-1	99	Sensor de oxigen	M-12	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452562
33100000-1	100	Sensor de oxigen	M-15M	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, WATO EX-65 Pro, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, WATO EX-65 Pro, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452568
33100000-1	101	Sensor de oxigen	M-04	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, 3e Essential, Evolution, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, 3e Essential, Evolution, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	102	Sensor de oxigen	M-02L2	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, Fabius Plus, Drager, Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, Fabius Plus, Drager, Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452550

33100000-1	104	Sensor de oxigen	M-04	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, Jenny, MS Westfalia, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator JENNY MS Westfalia, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	Sensor de oxigen, Jenny, MS Westfalia, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator JENNY MS Westfalia, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	105	Sensor de oxigen	M-07s	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, SV600, Mindray, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	Sensor de oxigen, SV600, Mindray, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	106	Sensor de oxigen	G95001000	Italia	Siare	Sensor de oxigen, Siaretron 4000, Siare, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, Siaretron 4000, Siare, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000047578
33100000-1	107	Sensor de oxigen	M-16	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, Trilogy Evo, Philips, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Trilogy Evo Philips, garanție minim 6 luni	Sensor de oxigen, Trilogy Evo, Philips, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Trilogy Evo Philips, garanție minim 6 luni *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452569
33100000-1	108	Sensor de oxigen	M-07s	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, Mindray - SV600, Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Mindray - SV600, Sensor de oxigen *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	109	Sensor de oxigen	M-04	Germania	Gambert	Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	122	Sensor O2	M-04	Germania	Gambert	Sensor O2, Event evolution3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event	Sensor O2, Event evolution3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	123	Sensor O2	M-07	Germania	Gambert	Sensor O2, VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S	Sensor O2, VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452556
33100000-1	124	Sensor O2	M-04	Germania	Gambert	Sensor O2, Avea Standart, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart, Ventilator pulmonar	Sensor O2, Avea Standart, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart, Ventilator pulmonar *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	125	Sensor O2	M-07s	Germania	Gambert	Sensor O2, Syno Vent E5, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5, Ventilator pulmonar	Sensor O2, Syno Vent E5, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5, Ventilator pulmonar *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557

33100000-1	127	Sensor O2	M-03	Germania	Gambert	sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar	sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452551
33100000-1	129	Sensor O2	M-02L2	Germania	Gambert	sensor O2, Fabius Plus, Drager, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus, ventilator anestezic	sensor O2, Fabius Plus, Drager, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus, ventilator anestezic *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452550
33100000-1	130	Sensor O2	M-10	Germania	Gambert	sensor O2, Aespire, GE ,SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, ventilator anestezic	sensor O2, Aespire, GE ,SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, ventilator anestezic *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452560
33100000-1	131	Sensor O2	M-15M	Germania	Gambert	sensor O2, Wato EX-65PRO, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro	sensor O2, Wato EX-65PRO, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452568
33100000-1	132	Sensor O2	M-12	Germania	Gambert	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452562
33100000-1	134	Sensor O3	M-07s	Germania	Gambert	Sensor O3, SV300, Mindray, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey	Sensor O3, SV300, Mindray, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	135	Sensor O4	M-04	Germania	Gambert	Sensor O4, Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella	Sensor O4, Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	184	Senzor O2	M-07s	Germania	Gambert	Senzor O2, Mindray SV-650/SV-800,	Senzor O2, Mindray SV-650/SV-800, *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	186	Senzor O2	M-04	Germania	Gambert	Senzor O2, Jenny MS Westfalia,	Senzor O2, Jenny MS Westfalia, *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	187	Senzor O2	M-07s	Germania	Gambert	Senzor O2 , Mindray SV600, Senzor O2 compatibil cu ventilator Mindray SV300/ SV650	Senzor O2 , Mindray SV600, Senzor O2 compatibil cu ventilator Mindray SV300/ SV650 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557

33100000-1	190	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	M-02L2	Germania	Gambert	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL, Fabius Plus XL, Draeger Medical GmbH, Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL, Fabius Plus XL, Draeger Medical GmbH, Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452550
33100000-1	191	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	M-04	Germania	Gambert	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75, Monnal T75, Air Liquide Medical Systems S.A., Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75, Monnal T75, Air Liquide Medical Systems S.A., Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452552
33100000-1	239	Тэн винтообразный	160.06.000	Belarusi	Adipol	Тэн винтообразный, model АД-25, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Тэн винтообразный, model АД-25, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia, *Conform broșura pagina 1	CE/EN-60519
33100000-1	240	Тэн спиральный 2U-образный	дА2.983.690	Belarusi	Adipol	Тэн спиральный 2U-образный, model ДЭВ-10, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Тэн спиральный 2U-образный, model ДЭВ-10, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia, *Conform broșura pagina 1	CE/EN-60519
33100000-1	241	Тэн спиральный U-образный 2 kWt	78.02.000	Belarusi	Adipol	Тэн спиральный U-образный 2 kWt, model ГК-100-3, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia,	Тэн спиральный U-образный 2 kWt, model ГК-100-3, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia, *Conform broșura pagina 1	CE/EN-60519

33100000-1	243	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392497
33100000-1	244	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m	4AFR150200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392498

33100000-1	245	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m	4AFR200200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392499
33100000-1	246	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m	4AFR250200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392500

33100000-1	247	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	4AFR300200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392501
33100000-1	248	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	4AFR050200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392495

33100000-1	249	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	4AFR075200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392496
------------	-----	---	------------	--------	------------	---	---	----------------

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**