



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

«FAZO-LUXE»

Онарбоев И.С.

06 августа 2024 г.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №01

от 06.08.2024 г.

**Испытательная лаборатория:** ООО «FAZO-LUXE»

**Адрес:** 100049 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.

**Объект испытаний:** «БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ» Тип 22.

**Размер:** 5 m x 10 cm

**Дата изготовления:** 08.2024 г.

**Партия:** 001

**Количество в партии:** 100 000 штук

**Срок хранения:** 5 лет

**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»

**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»

**Акт отбора:** №01 от 05.08.2024 г.

**Дата проведения испытаний:** 05.08.2024 г. – 06.08.2024 г.

**Цель испытаний:** Лабораторные испытания.

**Сведения о НД:** Ts 19235013–007:2023 «Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные»

**Технические условия.**

**НД на методы испытаний:** EN 14079:2003; ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813

**Маркировка:** Соответствует Ts 19235013–007:2023 (п.3.4).

**Упаковка:** Соответствует Ts 19235013–007:2023 (п.3.5).

**Условия проведения испытаний:** при температуре 22<sup>0</sup>С, относительной влажности воздуха 64 %

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Линейные размеры (п 3.2.3. табл.1) Длина, m Ширина, cm	5,0	5,0	соответствует
		10,0	10,0	
2	Толщина скатки, mm, не более (п. 3.2.4. табл.2)	25	25	соответствует

3	Белизна, %, не менее (п. 3.2.6)	80	82,33	соответствует
4	Разрывная нагрузка, N, не менее (п. 3.2.7 табл.3)	60	91,79	соответствует
5	Капиллярность, см, не менее (п. 3.2.9)	7,0	8,9	соответствует
6	Визуальный осмотр п. 3.2.2.	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов и с обрезанной кромкой	соответствует
7	Количества нитей/10 см, шт. По основу По утку	Мин. 116 Мин. 96	124 96	соответствует
8	Минимальная плотность, г/м <sup>2</sup>	32	32,0	соответствует
9	Гидрофильность, сек, не более	10	6	соответствует
10	Состав	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует

**Заключение:** Бинт марлевый медицинский хлопчатобумажный нестерильный. Тип 22, размером: 5 m x 10 cm; дата изготовления: 08.2024 г., партия: 001, производства ООО «FAZO-LUXE» соответствуют Ts 19235013-007:2023 «Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные» Технические условия. (п 3.2.3. табл.1); (п 3.2.4. табл.2); (п 3.2.6); (п 3.2.7 табл.3); (п. 3.2.9); (п.3.2.2)

Исполнитель: З. Акбарова Акбарова З.

№ п/п	Наименование требования	Значение требования		Соответствие
		ФАКТ	НД	
1	Ширина см	10,0	10,0	соответствует
2	Толщина нити, мм, не более	2,2	2,2	соответствует