

Specificația tehnică:

Obiectul: Dispozitiv etalon de verificare a analizoarelor punctului de rouă
Numărul : nr. VMTG-10/24 din 01/11/2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr.	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură /Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dispozitiv etalon de verificare a analizoarelor punctului de rouă	1 buc.	Conform Specificației tehnice	Sistem de calibrare CONG	ISO 17025	Rusia	Vympel	Sistem de calibrare CONG Descrierea bunului (caracteristici funcționale): Dispozitiv etalon de verificare a analizoarelor punctului de rouă apă. Acest dispozitiv este de tip staționar. Analizoarele punctului de rouă apă vor fi transportate în laborator pentru verificare cu scopul asigurării trasabilității măsurărilor, conform cerințelor standardului ISO 17025. Cantitatea oferită: 1 bucată Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: Dispozitivul etalon de verificare a analizoarelor punctului de rouă apă este destinat utilizării ca mărime etalon de referință a stării de umiditate și verificarea higrometrelor din seria CONG- Prima. Caracteristicile tehnice a bunului: Interval de reproducere a punctului de rouă

								-50° C ... +30° C Limitele erorii absolute admisibile la reproducerea punctului de rouă, nu mai mult: ±0,5° C Tensiune de alimentare: 187...242 V, (50±2)Hz Cerințe față de bunul livrat: Bunul și toate componentele acestuia sunt noi (neutilizate anterior, nu este recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: Ambalare de fabrică. Cerințe privind calitatea, siguranța: Certificat pentru funcționare în mediu Ex-safe-zone. Cerințe privind instalarea (dacă instalarea este efectuată de către furnizor): Furnizorul va realiza lucrările de instalare (montare) și de punere în funcțiune a bunului în Laboratorul chimic al „Moldovatransgaz” S.R.L., având calitatea de Proprietar, Finanțator și Beneficiar final al achiziției. Cerințe privind instruirea personalului: Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat. Instruirea va cuprinde partea teoretică și partea practică fiind alcătuită din următoarele faze: Prezentarea echipamentului în funcțiune: descrierea părților componente, descrierea setărilor și reglajelor, descrierea modului de funcționare – principiu de funcționare și efectuarea verificării, calibrării higrometrelor, inclusiv cu privire la interpretarea erorilor de funcționare. Lista erorilor posibile și modul de acționare în vederea înlăturării acestora se va prezenta în documentația de însoțire a bunului.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Reguli de exploatare și întreținere: instrucțiune de lucru a echipamentului, materiale necesare întreținerii și curățirii periodice, descrierea situațiilor particulare și generale care pot provoca defecțiuni. Cerințe privind actele de însoțire a bunului: Acte necesare de însoțire a bunului: factura fiscală, manuale, cărți de operare, verificare, întreținere și reparații, certificat de garanție, certificat de calitate, în limba Rusă, Română sau Engleză. Software pentru verificare și funcționarea acestuia. Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune. Tip, marca, STAS, ISO, etc.: Produsul corespunde normelor tehnice și standardelor Europene. Marcaje conform cerințelor metrologice și condițiilor constructive. Se va prezenta Certificatul de calitate, Certificat de conformitate emis de Producător, Certificat calibrare, Fișa de calibrare și verificare inițială.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Semnat:

Numele, Prenumele: Nicolai Iasîbaș

În calitate de: Director

Ofertantul: Lokmera S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu 9

Data: „21” Noiembrie 2024