

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1732797779726/21317358</u> din <u>28 noiembrie 2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 4 Congelator pentru laborator, vertical 200L	CV4	Italia	Frimed	Descriere: Stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Configurație: vertical Capacitatea internă a camerei: 200 L ±30L Număr de sertare: ≥ 5 buc. Ușă: 1 solidă cu mecanism de blocare Roți: Da. Construcție interioară: oțel inoxidabil Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă. Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Alarmer: acustică, vizuală	Descriere: Stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Configurație: vertical DA(Anexa 11, pag.31) Capacitatea internă a camerei: 220 L DA(Anexa 11, pag.31) Număr de sertare: 5 buc. DA(Anexa 11, pag.29, opțiune inclusă) Ușă: 1 solidă cu mecanism de blocare DA(Anexa 11, pag.28) Roți: Da. DA(Anexa 11, pag.29) Construcție interioară: oțel inoxidabil DA(Anexa 11, pag.28) Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă. DA(Anexa 11, pag.28)	CE ISO

				Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Răcire: ventilată sau statică. Refrigerent: fără CFC / HCFC Alimentare: 220 V, 50 Hz Zgomot: < 60 dB. Domeniul de temperatură: -15°C..-26°C. Garanție: min. 24 luni	Afișaj temperatură: digital display. DA(Anexa 11, pag.10, LGK-2 opțiune inclusă) Alarme: acustică și vizuală. DA(Anexa 11, pag.10) Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da. DA(Anexa 11, pag.10) Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii DA(Anexa 11, pag.10) Răcire: Statică DA(Anexa 11, pag.31) Refrigerent: fără CFC / HCFC DA(Anexa 11, pag.28, R290) Alimentare: 220 V, 50 Hz DA(Anexa 11, pag.31) Zgomot: < 45 dB. DA(Anexa 11, pag.31) Domeniul de temperatură: -10°C..-32°C. DA(Anexa 11, pag.31) Garanție: min. 24 luni DA(Declarație garanție)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova