

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Nr. Licităției:	ocds-b3wdp1-MD-1575733136431	Data: 28 decembrie 2019
Denumirea Licităției:	Reagenti, calibratori si material de control pentru analizatorul hematologic XS-1000i, Sysmex, Japonia (sistem inchis)	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 1: Reagenti,calibratori si material de control pentru analizatorul hematologic XS-1000i , Sysmex, Japonia (sistem inchis)						
1.1	33696500-0	Cellpack	Cellpack	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.2	33696500-0	Stromatolyser-4DL	Stromatolyser-4DL	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.3	33696500-0	Stromatolyser-4DS	Stromatolyser-4DS	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 42 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.4	33696500-0	Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.5	33696500-0	Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.6	33696500-0	E-Check (XS) L	E-Check (XS) L	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.7	33696500-0	E-Check (XS) N	E-Check (XS) N	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
1.8	33696500-0	E-Check (XS) H	E-Check (XS) H	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
		Lotul 2: Accesorii /consumabile/piese de schimb pentru analizatorul hematologic XS-1000i, Sysmex, Japonia (sistem inchis)						
2.1	33140000-3	Piercer Set NO.7 (PM) p/u XS-1000i	PIERCER SET NO.7 (PM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.2	33140000-3	Pompa de aer "Set No.1" p/u XS-1000i	AIR PUMP NO.1 ASSY (PM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.3	33140000-3	Tub de teflon "1.8x0.8" p/u XS-1000i	TUBE TEFLON 0.8MMID X 1.8MMOD (50 DM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	33140000-3	Filtru No.13 p/u XS-1000i	FILTER NO.13 ASSY (C2)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.5	33140000-3	Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-1000i	TUBE PHARMED BPT 3 X 5 (10 DM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.6	33140000-3	Cylinder No.50 Assy (C2/XS) p/u XS-1000i	CYLINDER NO.50 ASSY (C2/XS)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.7	33140000-3	Unitatea HGB p/u XS-1000i	HGB UNIT(C2/XS)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.8	33140000-3	Supapă LVM11-6A2-XS1 p/u XS-1000i	SOLENOID VALVE LVM11-6A2-XS1 (EPDM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.9	33140000-3	Supapă LVM11-6A3-XS1 p/u XS-1000i	SOLENOID VALVE LVM11-6A3-XS1 (EPDM)	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.10	33140000-3	Supapă NO.2 Assy p/u XS-1000i	RELIEF VALVE NO.2 ASSY	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2.11	33140000-3	Supapă NO.3 Assy p/u XS-1000i	RELIEF VALVE NO.3 ASSY	Japonia	Sysmex	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
		Lotul 3: Accesorii /consumabile						
3.1	33790000-4	Eprubeta	HumaTube K3-EDTA	Germania	Human	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Eprubeta vacuum din PET plastic cu K3EDTA eticheta larga,capac din trei componente,3 ml. folosite la analizatorul hematologic automat XS-1000i sistem inchis	CE, ISO
3.2	33790000-4	Eprubeta	Vacuum tube K3-EDTA, 0,5 ml	China	GongDong	Vezi lista de invitatie	Conform cerințelor; Eprubete de 0.5ml, cu K3EDTA, p-tru recoltarea sangelui capilar,folosite la analizatorul hematologic automat XS-1000i sistem inchis	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Semnat: _____



Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**

În calitate de: **Director**