

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1647594852183 din 30/03/2022						
Obiectul achiziției: Echipamente medicale(repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Transductor endorectal /endovaginal MODEL: X4-9E	X4-9E	China	VINNO Technology Co. Ltd.	Rezoluție longitudinală ≤1 mm (adâncimea ≤30) Rezoluție axială ≤0,5 mm (adâncimea ≤30) Adâncime în modul B 160mm Câmp vizual (2D) 180 grade Raza convexă 8,8 mm Număr de elemente 192 Elastografie Da Panoramă de scanare Da Compatibil cu echipamentul VINNO G86 Da Garanție minim 12 luni	Da, Rezoluție longitudinală - 1 mm (adâncimea 30) Da, Rezoluție axială -0,5 mm (adâncimea ≤30) Da, Adâncime în modul B 160mm Da, Câmp vizual (2D) 180 grade Da, Raza convexă 8,8 mm Da, Număr de elemente 192 Da, Elastografie Da, Panoramă de scanare Da, Compatibil cu echipamentul VINNO G86 Da Garanție minim 12 luni	CE, ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Trocin Caterina
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011