

Specificații tehnice (F4.1)

	Numărul licitației: 21020330					Data: 29,02-05,03,2020	
	Denumirea licitației: achiziționarea Consumabile pentru electrofiziologie 2020					Pagina: _1_ din _1_	
<u>Nr. Lot</u>	<u>Denumirea poziției</u>	<u>Modelul articolului</u>	<u>Tara de origine</u>	<u>Produceatorul</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standa rde de referință</u>
2	3	4	5	6	7	8	
1	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Therapy Cool Path Duo Ablation catheters	SUA	St. Jude Med/Abbott Med.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura M (medium), L (large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura M (medium), L (large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11.	conform cerintelor
2	Cabluri conectare autoclavabile	Connecting cable	SUA	St. Jude Med/Abbott Med.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 250 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	conform cerintelor
3	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Cool point Tubing set	SUA	St. Jude Med/Abbott Med.	Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	Setul compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	conform cerintelor

Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_

Termenii si condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 5 zile calendaristice de la solicitare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL

Adresa: Mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607

Specificații de pret (F4.2)

Numărul licitației:			21020330					Data: 29,02-05,03,2020			
Denumirea licitației:			achiziționarea Consumabile pentru electrofiziologie 2020							Pagina: _1_ din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
	1	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Therapy Cool Path Duo Ablation catheters	Bucată	60	10280,00	12336,00	616800,00	740160,00	30 zile de la solicitare	
	2	Cabluri conectare autoclavabile	Connecting cable	Bucată	3	2200,00	2640,00	6600,00	7920,00	31 zile de la solicitare	
	3	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Cool point Tubing set	Bucată	10	2200,00	2640,00	22000,00	26400,00	32 zile de la solicitare	
								645.400,00 lei	774.480,00 lei		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607