

Specificații tehnice (F4.1)

contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: Achizitii.md ocds-b3wdp1-MD-1570709504386

Data: 21 10 2019

Pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019

Lot: _____

Pagina:
__ din __

Denumirea licitației: Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	33000000-0	Lot 57. Filtru de apă 0,2μm pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor	Filtru de apă 0,2μm pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094	A1094	Franta	Soluscope	Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1 . Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm ²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1 . Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm ²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producător.	CE,Iso
139	33000000-0	Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile	Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile	VES-100	Korea de Sud	Sometech	1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDS DI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDS DI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE,Iso

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: Achizitii.md ocds-b3wdp1-MD-1570709504386

21 10 2019 Alternativa nr.: _____

Pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019

Lot: _____ Pagina: __ din __

Denumirea licitației: Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumire obiectului lotului	Descrierea lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei	Preț cu TVA, lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare
30	33000000-0	Filtru de apă 0,2μm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor	Lot 30. Filtru de apă 0,2μm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094	Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm ²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator.	8	bucata	3800,000	4560,000	30400,00	36480,00	15 zile
139	33000000-1	Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprosesor intercompatibile	Set camera laparoscopica si videoprosesor intercompatibile	1. CAMERA LAPAROSCOPICA. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	1	bucata	159000,000	190800,000	159000,00	190800,00	15 zile
		TOTAL							189400,00	227280,00	

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlăști mun. Chisinau