

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758033521188 din 1 oct 2025, 9:30 - 22 oct 2025, 9:30

Obiectul achiziției: Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2025

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	2. Laringoscop	2.1.Lampă led p/u (Macintosh blade 3 & 4): Tip lampă-led; Tensiune de alimentare-3v; Cu filet pentru fixare la lamelă.	34325	Italia	Gima	2.1.Lampă led p/u (Macintosh blade 3 & 4): Tip lampă-led; Tensiune de alimentare-3v; Cu filet pentru fixare la lamelă.	2.1.Lampă led p/u (Macintosh blade 3 & 4): Tip lampă-led; Tensiune de alimentare-3v; Cu filet pentru fixare la lamelă.	-
3310 0000 -1	2. Laringoscop	2.2.Lamela Nr.4: Din Inox, echipata cu lampa de tip LED, autoclavabila, pentru laringosop de model machintosh.	34321	Italia	Gima	2.2.Lamela Nr.4: Din Inox, echipata cu lampa de tip LED, autoclavabila, pentru laringosop de model machintosh.	2.2.Lamela Nr.4: Din Inox, echipata cu lampa de tip LED, autoclavabila, pentru laringosop de model machintosh.	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.1.Filtru din față	M2398972	Japonia	Olympus	6.1.Filtru din față - Filter Front M2398972. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	6.1.Filtru din față - Filter Front M2398972. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.2.Filtru ventilator	UV141777	Japonia	Olympus	6.2.Filtru ventilator - Fliter (Fan) UV141777. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	6.2.Filtru ventilator - Fliter (Fan) UV141777. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.3.Filtru - Coarse Filter UV141745	UV141745	Japonia	Olympus	6.3.Filtru - Coarse Filter UV141745. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	6.3.Filtru - Coarse Filter UV141745. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.4.Tub spiralat	UV8014330	Japonia	Olympus	6.4.Tub spiralat - Spiral coil tube UV8014330. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	6.4.Tub spiralat - Spiral coil tube UV8014330. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.5.Lampa ultraviolet	K36L	Japonia	Olympus	6.5.Lampa ultraviolet - UV Lamp compatibila cu masina de spalare si dezinfectare a endoscoapelor ETD4 Basic GA.Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	6.5.Lampa ultraviolet - UV Lamp compatibila cu masina de spalare si dezinfectare a endoscoapelor ETD4 Basic GA.Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.6.Frână antiretur	M5755842	Japonia	Olympus	6.6.Frână antiretur - Brake non ret. Valve M5755842. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	6.6.Frână antiretur - Brake non ret. Valve M5755842. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	-

3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.7.Furtun albastru	W7108787	Japonia	Olympus	6.7.Furtun albastru - Leak test furtun albastru. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	6.7.Furtun albastru - Leak test furtun albastru. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.8.Furtun roşu	W7108786	Japonia	Olympus	6.8.Furtun roşu - Leak test furtun rosu. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	6.8.Furtun roşu - Leak test furtun rosu. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.9.Conectoare endoscop (2 Tip I + 1Tip 2	Adapter tip 1 + adapter tip 2	Japonia	Olympus	6.9.Conectoare endoscop (2 Tip I + 1Tip 2). Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	6.9.Conectoare endoscop (2 Tip I + 1Tip 2)(set din 3 buc) . Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.10.Seturi de garnituri pentru conector	Set garniture	Japonia	Olympus	6.10.Seturi de garnituri pentru conector (1x Tip1 + 1x Tip2 + 1x Tip3). Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	6.10.Seturi de garnituri pentru conector (1x Tip1 + 1x Tip2 + 1x Tip3)(Tip 1 + Tip 2 + Tip 3 – total 3 buc) . Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	-
3310 0000 -1	6. Masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	6.11.Gernituri - O-Ring de la LT	LT-O, oring	Japonia	Olympus	6.11.Gernituri - O-Ring de la LT. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	6.11.Gernituri - O-Ring de la LT. Montare: de către operatorul economic desemnat câştigător	-
3310 0000 -1	11. USG "Arietta 750, Fujifilm"	11.Sondă convexă C253	C253	Japonia	Fujifilm	11.Sondă convexă C253 - compatibilă cu ultrasonograful "Arietta 750, Fujifilm". *Tip: convexă; *Nr. Piezo-elemente: 160; *Frecvență de lucru: 1 - 5 MHz; *Tehnologie: ceramics matrix; *Dimensiuni aproximative: 72x15mm; *Unghi de vizualizare: FOV-C 70°;	11.Sondă convexă C253 - compatibilă cu ultrasonograful "Arietta 750, Fujifilm". *Tip: convexă; *Nr. Piezo-elemente: 160; *Frecvență de lucru: 1 - 5 MHz; *Tehnologie: ceramics matrix; *Dimensiuni aproximative: 72x15mm; *Unghi de vizualizare: FOV-C 70°;	-
3310 0000 -1	20. Ventilator pulmonar "SV 650, Mindray"	20.1.Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3	E-77/0S	Germania	Nuova	20.1.Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9mV to 13mV in 210mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	20.1.Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9mV to 13mV in 210mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	-
3310 0000 -1	21. Masina de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	21.1.Celulă O2	E-15/5M	Germania	Nuova	21.1.Celulă O2 - sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu maşinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	21.1.Celulă O2 - sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu maşinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	-
3310 0000 -1	48. Aspirator centralizat	48.1.Borcan din plastic 2l	PNT-VK-RA	Turcia	Point Medical Systems	48.1.Borcan din plastic 2l - reutilizabil; cu valvă de protecție la umplere; autoclavabil; cu inel sau mecanism de fixare de tip "rail clamp"; cu capac ermetic echipat cu 2 porturi de conectare (vacuum & pacient); se va prezenta instrucțiunea de dezinfectare / autoclavare;	48.1.Borcan din plastic 2l - reutilizabil; cu valvă de protecție la umplere; autoclavabil; cu inel sau mecanism de fixare de tip "rail clamp"; cu capac ermetic echipat cu 2 porturi de conectare (vacuum & pacient); se va prezenta instrucțiunea de dezinfectare / autoclavare;	-
3310 0000 -1	48. Aspirator centralizat	48.2.Furtun din silicon sterilizabil	SH	Italia	Ca-Mi	48.2.Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Rezistent la aer cald pana la 200°C; Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø	48.2.Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2- 2,5 bar); Rezistent la aer cald pana la 200°C; Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea;	-

						exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	
3310 0000 -1	48. Aspirator centralizat	48.3.Filtru de protecție	11813	Franța	Technologie Medicale	48.3.Filtru de protecție vacuum - de unică folosință, compatibil cu aspiratoarele centralizate "RVTM3, Technologie Medicale". Exemplu de referință: 11813; Cu 2 porturi de cuplare în formă de brad, ușor atașabile la TUBURI SILICON p/u aspirație vacuum; Compoziție: cutie a câte 10 filtre;	48.3.Filtru de protecție vacuum - de unică folosință, compatibil cu aspiratoarele centralizate "RVTM3, Technologie Medicale". Exemplu de referință: 11813; Cu 2 porturi de cuplare în formă de brad, ușor atașabile la TUBURI SILICON p/u aspirație vacuum; Compoziție: cutie a câte 10 filtre;	-
3310 0000 -1	49. Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN	49.1.Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min	PNT-FLV-MA-DIN	Turcia	Point Medical Systems	49.1.Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și polycarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul sterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidicatorului este din polycarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.	49.1.Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și polycarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul sterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidicatorului este din polycarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.	-
3310 0000 -1	49. Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN	49.2.Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2)	PNT-FLV-MA-DIN	Turcia	Point Medical Systems	49.2.Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	49.2.Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	-

3310 0000 -1	50. Sistem VIDEO endoscopic CV-190	50.1.Cablu monopolar de model MH-969	MH-969	Japonia	Olympus	50.1.Cablu monopolar de model MH-969 - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190	50.1.Cablu monopolar de model MH-969 - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190	-
3310 0000 -1	50. Sistem VIDEO endoscopic CV-190	50.2.Video adaptor Olympus Maj-1430	Maj-1430	Japonia	Olympus	50.2.Video adaptor Olympus Maj- 1430 - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190	50.2.Video adaptor Olympus Maj-1430 - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**