

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Numărul achiziției comerciale: 21035466. ID ocds-b3wdp1-MD-1611930372704.						Data: 09.03.2021	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator (LCD) I.						Lot:	pag. 1 din 4	
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 .								
1	33600000-6	1. AST (GOT)	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. AST (GOT). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
2	33600000-6	2. ALT (GPT)	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. ALT (GPT). Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
3	33600000-6	3. Albumin	Albu-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Albumin. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
4	33600000-6	5. alfa-Amylase	Amylo D-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5. alfa-Amylase. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
5	33600000-6	10. Glucose GOD	Gluco-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	10. Glucose GOD. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
6	33600000-6	11. Total Protein	Prote-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	11. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	11. Total Protein. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
7	33600000-6	13. Urea	Ure UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	13. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	13. Urea. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
8	33600000-6	8. Creatinine	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	8. Creatinine. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
9	33600000-6	23. Anti-bacterial detergent, fără fosfor	CS-antibacterial phosphore free detergent	China	Dirui	23. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	23. Anti-bacterial detergent, fără fosfor. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
10	33600000-6	24. Alkaline detergent	CS-alkaline detergent	China	Dirui	24. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	24. Alkaline detergent. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
11	33600000-6	25. Acidic detergent	detergent	China	Dirui	25. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	25. Acidic detergent. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
12	33600000-6	26. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup	CS300 CUVETTE (one segment)	China	Dirui	26. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	26. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

13	33600000-6	27. Cuve standarde pentru probe	sample cups	China	Dirui	27. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	27. Cuve standarde pentru probe. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
14	33600000-6	28. Multicalibrator nivel I	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	28. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	28. Multicalibrator nivel I. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
15	33600000-6	29. Multicalibrator nivel II	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	29. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	29. Multicalibrator nivel II. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
16	33600000-6	30. Material de control nivel I	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	30. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	30. Material de control nivel I. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
17	33600000-6	31. Material de control nivel II	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	31. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	31. Material de control nivel II. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
18	33600000-6	32. Filtru de apă	Water Inlet Filter	China	Dirui	32. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	32. Filtru de apă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
19	33600000-6	33. Lampa fotometrica	Halogen Lamp Assembly	China	Dirui	33. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	33. Lampa fotometrica. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China .

1	33600000-6	Box cu reagenți.	Box for reagents	China	Caretum	1. Box cu reagenți - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Box cu reagenți, amb. 1000ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
2	33600000-6	Soluție cleaning.	Daily Cleaning solution	China	Caretum	2. Soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție cleaning, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
3	33600000-6	Na condiționer.	Na conditioner	China	Caretum	3. Na condiționer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Na condiționer, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
4	33600000-6	Soluție de control.	QC solution	China	Caretum	4. Soluție de control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție de control, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
5	33600000-6	Soluție p/u Reference electrode.	Ref. Filing solution	China	Caretum	5. Soluție p/u Reference electrode - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Soluție pentru Reference electrode, amb. 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
6	33600000-6	Casetă el-K.	K electrode	China	Caretum	6. Caseta el-K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-K. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
7	33600000-6	Casetă el-Na.	Na electrode	China	Caretum	7. Caseta el-Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-Na. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
8	33600000-6	Casetă el-Cl.	Cl electrode	China	Caretum	8. Caseta el-Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-Cl. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
9	33600000-6	Casetă el-referens.	Reference electrode	China	Caretum	9. Caseta el-referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Casetă el-referens. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
10	33600000-6	Tube p/u pompă.	Pump tube	China	Caretum	10. Tube p/u pompă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: tub (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Tube p/u pompă. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

Set reagenți p/u investigații imunologice.

1	33600000-6	1.CRP	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	CRP Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	2.ASLO	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ASLO Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	3.RF	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	RF Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33600000-6	5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab	HP-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Test (cartuș) rapid la Helicobacter Pylori Ab. Conform specificării tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc - echivalent test.	ISO, CE.
6	33600000-6	6. Test rapid la Occult Blood	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid la Occult Blood. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
7	33600000-6	7. Test rapid la HBsAg	HBsAg-S-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid la HBsAg. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

8.00	33600000-6	8. Test rapid la Anti-HCV	Anti-HCV-S-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid la Anti-HCV. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33600000-6	10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile)	Tyson Bio HT 100	Taiwan	Tyson	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea aparatului în scopuri caritabile)	Test rapid pentru măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil. Cu donarea în scopuri caritabile a 5 de glucometre cu display mare, cu caractere ușor de citit. Trusă include: husa, 2 baterii, dispozitiv pentru înțepare, 10 lanțete, 10 benzi de test, soluție de control, instrucțiunea de lucru și manualul de utilizare. Conform specificației tehnice depline solicitate. Unitatea de măsură buc - echivalent test.	ISO, CE.
16	33600000-6	16. Proba cu timol	Tymol-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set pentru determinarea probei cu timol cu standard inclus în set, set 3fl x 11ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
17	33600000-6	17. Set p/u determinarea hemoglobinei cu sol. hemolizată standarte	Hb Chr-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Set pentru determinarea hemoglobinei fără ferocianid cu sol. hemolizantă standart inclusă în set. Reagent concentrat 3fl x 10ml = 3000ml reagent de lucru.	ISO, CE.

Veseli și articole de ustensilă.

6	33600000-6	6. Container din polipropilen 200-250 ml	Container 220ml, with label, non-sterile, 500/ctn	China	Dong	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Container din polipropilen, pentru urină, gradat, cu capac și etichetă, 220-250ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
7	33600000-6	7. Container din polipropilen 120-150 ml	Urine container 120 ml in PP with red screw cap apart, with frosted label	Italia	FL	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Container din polipropilen, pentru urină, gradat, cu capac și cu loc pentru notițe, vol. 120ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
11	33600000-6	11. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml. P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
12	33600000-6	12. Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml	Glass vacuum blood collection tube, purple cap, EDTA K3	China	Dong	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sânge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sânge: 2,5ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
21	33600000-6	21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă conică, p/u urină. Volum: 10 ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
24	33600000-6	24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml	Centrifuge tube 1,5 ml	China	RMD	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Eprubete Eppendorf 1,5ml. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
29	33696500-0	29. Lame sticlă p/u microscopie	Slides width 25.2-25.4mm, length - 7,5-8, thickness 2mm	China	RMD	Dimensiuni 25,4x76,2mm, grosimea 2mm, în pachetare 1x50 buc	Lame din sticlă, Dimensiuni 25,4 x 76,2mm, grosimea 2mm, ambalate a câte 50buc. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
38	33600000-6	38. Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1.	Alcohol pre pads individual package (in box of 100pcs). Dimension: 60 x 30 mm. Saturated with	China	RMD	Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1.	Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
40	33600000-6	40. Virfuri 0-100 mkl	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	Virfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Virfuri 0-100-200mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
41	33600000-6	41. Virfuri 0-200 mkl	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	Virfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Virfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
42	33600000-6	42. Virfuri 100-1000 mkl	Gilson Tip 1000ul, 500pcs/bag, 30bags/carton	China	RMD	Virfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Virfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet. Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

46	33600000-6	46. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200mkl cu metrologie	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator semiautomat cu volum reglabil 20-200mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.
47	33600000-6	47. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000mkl cu metrologie	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator semiautomat cu volum reglabil 100-1000mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitată de către autoritatea contractantă.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 09.03.2021
Valabilitatea ofertei - 60 zile.