

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
din 22.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Număr de telefon	022403600
E-mail oficial	achizitiiproiectinterreg@gmail.com scr@ms.md
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Țurcanu, tel. 060296966 achizitiiproiectinterreg@gmail.com

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri ☒
Obiectul achiziției	Autoclav cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)
Cod CPV	42900000-5
Link/platforma de publicare	Achizitii.md ID: 21593923 ID Mtender: ocds-b3wdp1-MD-1775460782302
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Articolul 5 lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – proiect transfrontalier Interreg Next RO-MD Art. 9 din Contractul de grant nr. 128136; În conformitate cu prevederile pct. 5.2 lit i) din Anexa nr. II privind achizițiile publice din Acordul de Finanțare încheiat între Comisia Europeană, Romania și Republica Moldova, aplicabilă proiectului Interreg Next Romania-Republica Moldova nr. RO-MD00318 „5. Praguri și proceduri: 2. Utilizarea procedurilor de achiziții în funcție de praguri este următoarea: a) <u>procedura deschisă sau restrânsă poate fi utilizată pentru:</u> <i>i. contracte de servicii și de furnizare, precum și contracte de concesiune de servicii cu o valoare de cel puțin 300.000 EUR;</i>
Sursa de finanțare	Fonduri UE prin intermediul proiectului transfrontalier Interreg Next RO-MD + surse propria de cofinanțare
Valoarea estimată (fără TVA)	447.000 euro

Platforma de publicare/transparență	Link pentru Anunțul și documentația publicată pe Pagina web a instituției – scr.md) https://scr.md/achizitii/proiect-interreg-next-ro-md/ Buletinul achizițiilor publice: Anunț de intenție nr. 02/ROMD00318 din 27.03.2026 Publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 27 din 03.04.2026 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) Anunț de intenție nr. OJ S 63/2026 31/03/2026 Anunț de participare nr. OJ S 68/2026 08/04/2026 Anun' de participare modificat OJ S 89/2026 08/05/2026
--	---

Clarificări privind documentația de atribuire:

Conform rubricii „clarificări” de pe platforma achizii.md ID: 21593923

Modificări operate în documentația de atribuire urmare a clarificărilor recepționate:

Rezumatul modificărilor:

- modificarea specificației tehnice privind eficiența sterilizării pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor din $SAL \geq 10^{-48}$ în $SAL \geq 10^{-6}$;
- introducerea punctării suplimentare pentru performanțe tehnice superioare.

4.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor - 4 puncte

Formula:

- > $SAL 10^{-6}$ până la 10^{-24} (inclusiv) 1 pct.
- > $SAL 10^{-24}$ până la 10^{-48} (inclusiv) 2 pct.
- > $SAL 10^{-48}$ - 4 pct

Modificările publicate în JOUE nr. OJ S 89/2026 08/05/2026.

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit cu 3 zile.

Până la termenul-limită (data 30.04.2026, ora 15.00) au fost depuse 5 oferte :

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Becor SRL	1003600060828	Iurie Bezer Sunstring Limited
2	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana
3	Laboratorium SRL	21897589	Melinte Giorgia Dimu Robert-Ciprian Proca Irinel Gabriel
4	Rio Medical SRL	1019600035605	Vasilița Stanislav
5	Ericon SRL	1003600000316	Gheorghe Bunic

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Operatori economici	Becor SRL	Triumf Motiv SRL	Laboratorium SRL	Rio Medical SRL	Ericon SRL
Declarație pe propria răspundere privind	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

criteriile de excludere și criteriile de selecție (Declaration on honour)					
Specificații tehnice (conform formularului din anexa 2 din documentația standard)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificația de preț (conform formularului din anexa 3 din documentația standard)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare (Anexa nr. 7)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei – 120 zile (Anexa nr. 8)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarații pe propria răspundere (anexa nr. 7,8,9,10,11)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada conformității bunului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente tehnice și lista de consumabile, piese de schimb necesare și graficul de schimb ale acestora.	prezentat	prezentat parțial	prezentat	prezentat	prezentat
Demonstrarea experienței similare a operatorului economic	prezentat	prezentat parțial	prezentat	neprezentat	prezentat
Cifra de afaceri medie anuală	prezentat	prezentat parțial	prezentat parțial	prezentat parțial	prezentat parțial

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)* Curs euro BNM la data deschiderii = 20,15	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Autoclav cu tocător integrat în	Becor SRL	4,200,000.00 lei 208.436,72 euro	corespunde	nu corespunde

cadrul proiectului Interreg Next RO- MD (ROMD00318)	Triumf Motiv SRL	5,250,000.00 lei 260.545,90 euro	corespunde	nu corespunde
	Laboratorium SRL	300.000,00 euro	corespunde	nu corespunde
	Rio Medical SRL	325.000,00 euro	corespunde	nu corespunde
	Ericon SRL	442.000,00 euro	corespunde	corespunde

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat următoarele clarificări:

Data solicitării	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Becor SRL		
Scrisoare de clarificare nr. 06/1368 din 22.06.2026	1. În oferta de preț prezentată nu este specificată valuta în care este exprimată valoarea ofertei. Vă rugăm să confirmați dacă prețul oferit este exprimat în lei moldovenești (MDL) sau în euro (EUR). 2. În caietul de sarcini au fost solicitate/solicitați mai mulți parametri tehnici, care nu au putut fi identificați/confirmați prin broșura/catalogul prezentat o dată cu oferta de compania Becor SRL, și anume: - „Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare” ; - „Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum” - „Reducere volum deșeuri: $\geq 95\%$” - „Nivel zgomot: ≤ 65 dB” - „Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare” - „Sistem de lubrifiere centralizată” - Precum și întreg compartiment „Siguranță și protecția operatorului” din caietul de sarcini. Urmare a celor expuse, vă rugăm să indicați pagina exactă din catalogul oficial, broșura tehnică sau prospectul prezentat în ofertă în care este confirmată caracteristicile de mai sus menționate. 3. În caietul de sarcini a fost solicitat „Camera de sterilizare: Volum 200 – 250 L; orizontală; din oțel inoxidabil 304” în specificația tehnică prezentată de compania dvs	1.A concretizat că oferta este în lei MDL 2. -A confirmat posibilitatea a 2 încărcări prin scrisoarea prezentată ca răspuns la clarificări; -A confirmat prin scrisoarea prezentată ca răspuns la clarificări procesul tehnologic. - Prin scrisoarea de răspuns la clarificare a indicat reducere volum deșeuri esențial, în broșură/catalog însă e specificat maxim 50% . - Prezentat raport privind nivelul de zgomot; - Prezentat info în user manual; - A confirmat prin scrisoarea de răspuns la clarificare sistemul de lubrifiere; - A confirmat prin scrisoarea de răspuns la clarificare garantarea siguranța și protecției operatorului. 3-4. A argumentat volumul prin scrisoarea de răspuns la clarificare.

	este indicat „Camera de sterilizare: Volum 400-450 L”, în broșura/catalogul prezentat însă sunt alte dimensiuni prezentate – confirmați care totuși sunt dimensiunile și prezentați documente oficiale emise de producător care confirmă în mod explicit parametrii respectivi. 4. În caietul de sarcini a fost solicitat „Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304” în specificația tehnică prezentată de compania dvs este indicat „450L”, în broșura /catalogul prezentat însă sunt cu totul alte dimensiuni prezentate. – confirmați care totuși sunt dimensiunile și prezentați documente oficiale emise de producător care confirmă în mod explicit parametrii respectivi. 5. În caietul de sarcini a fost solicitat „Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 × 3000 × 2000 mm” în specificația tehnică indicați: 2000x3000x2000mm”, în catalogul prezentat se indică o dimensiune, în broșură separat se indică alte dimensiuni – confirmați care totuși sunt dimensiunile și prezentați documente oficiale emise de producător care confirmă în mod explicit parametrii respectivi. 6. În caietul de sarcini a fost indicat „Construcție și componente principale: Generator de abur: Da, integrat” în specificație indicați că este integrat în broșură însă e prezentat ca un echipament separat, neintegrat. Care informație este veridică? – confirmați prin acte/broșuri sau alte documente oficiale. 7. Prezentarea rapoartelor de încercări pentru confirmarea eficienței sterilizării minime conform caietului de sarcini: • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$ • Pentru deșeuri lichide: (SAL) $\geq 10^{-6}$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10^{-6}$.	5.A argumentat dimensiunile prin prin scrisoarea de răspuns la clarificare. 6.Nu a răspuns la clarificarea privind acest parametru. 7. A informat că testările pot fi obținute doar pentru fiecare dispozitiv/model fabricat per comandă, Vertisa obține rapoartele de testare relevante de la terți și certificatele de calitate de la o instituție independentă.
Triumf Motiv SRL		
Scrisoare de clarificare nr.06/1369 din 22.06.2026	1. În oferta de preț prezentată nu este specificată valuta în care este exprimată valoarea ofertei. Vă rugăm să confirmați dacă prețul ofertat este exprimat în lei moldovenești (MDL) sau în euro (EUR). 2. Prezentarea informației solicitate în pct. 13 subpunct 10 din Anunțul de participare: Listă consumabile, piese de schimb necesare și	1.A concretizat că oferta este în lei MDL; 2. A prezentat graficul general și consumabile;

	graficul de schimb ale acestora. Graficul de mentenanță anual necesar pentru echipament. (în perioada de garanție a bunului mentenanță va fi efectuată din contul OE). Furnizare informații referitor la necesitățile față de încăpere și comunicații. 3. Prezentarea informației detaliate și anume (anul executării contractului, obiectul exact al contractului și valuta contractului), pentru informația prezentată de compania dvs ca experiență similară – pct. 13 subpunct 11 din Anunțul de participare. 4. Prezentarea raportului financiar pentru anul 2023. 5. În caietul de sarcini au fost solicitate/solicitați mai mulți parametri tehnici, care nu au putut fi identificați/confirmați prin broșura/catalogul prezentat o dată cu oferta de compania Triumf Motiv SRL, și anume: - „Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare” ; - „Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum” - „Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat”; - „Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L”; - „Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm”; - „Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare”; - „Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare”; - „Sistem de lubrifiere centralizată” - Precum și întreg compartiment „Siguranță și protecția operatorului” din caietul de sarcini. 6. În caietul de sarcini a fost solicitat „Nivel zgomot: ≤ 65 dB” în specificația tehnică prezentată de compania dvs este indicat „nivel de zgomot: redus” – confirmați prin acte oficiale care este nivelul de zgomot exact. 7. Prezentarea rapoartelor de încercări pentru confirmarea eficienței sterilizării minime conform caietului de sarcini: • Pentru deșeuri solide: $(SAL) \geq 10^{-18}$ • Pentru deșeuri lichide: $(SAL) \geq 10^{-6}$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea	3. A prezentat informația – anexa nr. 12; 4. A prezentat raportul financiar pentru anul 2023 5. A argumentat parametri parțial, prin scrisoarea de răspuns la clarificare. 6. A prezentat declarație de la producător prin care indica nivelul de zgomot 65 db. 6. Prin clarificare a indicat și prezentat alt parametru, mai inferior, decât parametru din formularul ofertei de bază.
--	---	--

	prionilor: (SAL) $\geq 10^{-6}$.	
15.07.2026 - email	Solicitarea demonstrării prin acte confirmative a experienței similar declarată prin răspuns la clarificarea adresă OE la 22.06.2026	OE nu a răspuns la clarificare în termenul solicitat
Laboratorium SRL		
Scrisoare de clarificare nr.06/1370 din 22.06.2026	1. Prezentarea raportului financiar pentru anul 2023. 2. Prezentarea rapoartelor de încercări pentru confirmarea eficienței sterilizării minime conform caietului de sarcini: Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$. 3. În caietul de sarcini au fost solicitat „Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304”, în oferta prezentată ați indicat „volum 350L” solicităm respectuos să confirmați acești parametri prin catalogul oficial, broșura tehnică (pct. 13 subpct. 10 din Anunțul de participare). 4. În specificația tehnică ați indicat „Exista posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare, dar prezintă un risc de contaminare infecțioasă pentru operator” – Vă rugăm să descrieți detaliat procesul tehnologic și să confirmați posibilitatea efectuării a două încărcări succesive înaintea unui singur ciclu de sterilizare, inclusiv prin prezentarea documentelor oficiale ale producătorului care confirmă această funcționalitate. 5. Care este înălțime minimă necesară pentru mecanismul de încărcare? 6. În specificația tehnică este indicată caracteristica „Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3300 mm”. Totodată, din informațiile prezentate rezultă că înălțimea echipamentului cu ușa deschisă este identică cu înălțimea acestuia în poziție închisă. Vă rugăm să clarificați această neconcordanță și să confirmați dimensiunile reale ale	1. A prezentat raportul pentru anul 2023; 2. A prezentat un raport de încercări general; 3. A confirmat prin prezentarea broșurii anexate la scrisoarea de răspuns la clarificări. 4. În scrisoarea de clarificare a confirmat această posibilitate, însă în actele producătorului se indică „nu se recomandă”. 5. Conform manualului de utilizare (pagina 27), dimensiunile echipamentului sunt de $2.7 \times 2.1 \times 3.0$ m în poziția normală de funcționare, cu ușa de încărcare închisă. În timpul operațiunii de încărcare, când ușa superioară este deschisă, dimensiunile maxime ale echipamentului devin $2.7 \times 2.1 \times 3.3$ m. 6. Conform manualului de utilizare, la pagina 27 (conform schemei prezentate mai jos), dimensiunile maxime ale echipamentului, cu ușa de încărcare deschisă, sunt de $2.7 \times 2.1 \times 3.3$ m.

	echipamentului. 7. În caietul de sarcini s-a indicat „Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare” și „Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare” - Vă rugăm să prezentați o descriere tehnică detaliată a acestor mecanisme și să indicați pagina exactă din documentația tehnică oficială a producătorului unde acestea pot fi identificate. 8. Pentru cerințele din caietul de sarcini „Generator de abur integrat” și „Stație de prelucrare a apei utilizate pentru sterilizare: Da, integrată, cu dedurizator automat” – vă rugăm să confirmați dacă aceste componente sunt integrate în echipamentul ofertat și să indicați pagina exactă din catalogul oficial, broșura tehnică sau alte documente oficiale ale producătorului care confirmă această caracteristică. 9. Vă rugăm să confirmați dacă procesul tehnologic al echipamentului include etapa de pre-vacuum și să indicați documentația tehnică oficială în care este descrisă această funcționalitate. 10. Vă rugăm să prezentați o descriere tehnică detaliată și documente confirmative pentru următoarele caracteristici: „Sistem de lubrifiere centralizată: automatizat, pentru rulmenți, lanțuri și mecanism tocare”, „Test de etanșeitate efectuat automat înaintea fiecărui ciclu, care nu permite pornirea ciclului în cazul detectării scurgerilor”. 11. Vă rugăm să confirmați prin documente oficiale ale producătorului (catalog, broșură, manual tehnic sau alte documente relevante) caracteristica conform căreia, în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, programul de sterilizare își reia automat execuția din punctul în care a fost întrerupt după restabilirea alimentării.	7. A confirmat prin scrisoarea transmisă ca răspuns la clarificări. Prin scrisoarea de răspuns la clarificare a confirmat prezența generatorului dar nu și faptul că este integrat. A confirmat că se oferă adițional prin pompa de vid, cu trimitere la broșură, însă nu poate fi identificat modul de funcționare. Prin scrisoarea de răspuns la clarificare a descris sistemul de lubrifiere și etanșitatea În scrisoarea de răspuns la clarificare a confirmat că prin declarația de la producător se asigură caracteristica conform căreia, în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, programul de sterilizare își reia automat execuția
Rio Medical SRL		
Scrisoare de clarificare nr.06/1373 din 23.06.2026	1. În oferta de preț prezentată nu este specificată valuta în care este exprimată valoarea ofertei. Vă rugăm să confirmați dacă prețul ofertat este exprimat în lei moldovenești (MDL) sau în euro (EUR). 2. Prezentarea raportului financiar pentru anul 2023 și anul 2024.	1.A concretizat că oferta este în valuta EURO; 2. S-au prezentat rapoartele solicitate.

	3. Prezentarea experienței similare conform cerinței și solicitări din Anunțul de participare pct. 13 subpunct 11. 4. În caietul de sarcini au fost solicitate/solicitați mai mulți parametri tehnici, care nu au putut fi identificați/confirmați prin broșura/catalogul prezentat o dată cu oferta, și anume: - „Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare” ; - „Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum” - „Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat”; - „Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304”; - „Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L”; - „Nivel de zgomot ≤ 65 dB” - „Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm”; - „Dimensiuni maxime (L x Î x A): $3000 \times 3000 \times 2000$ mm”; - „Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare”; - „Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare”; - „Generator de abur integrat”; - „Stație de prelucrare a apei utilizate pentru sterilizare: Da, integrată, cu dedurizator automat”; - „Sistem de lubrifiere centralizată”; - Precum și întreg compartiment „Siguranță și protecția operatorului” din caietul de sarcini. 5. Să se prezinte programul corespunzător pentru programele lichide solicitate în caietul de sarcini. 6. Prezentarea rapoartelor de încercări pentru confirmarea eficienței sterilizării minime conform caietului de sarcini: • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$.	3. A prezenta declarație generală privind experiența similară. 4. A prezentat răspunsuri prin scrisoarea de răspuns la clarificări, cu confirmarea parțială prin acte confirmative de la producător. 5. A făcut trimitere la manual de utilizare anexat la scrisoarea de clarificare 6.A prezentat raport de încercări
16.07.2026	Solicitarea demonstrării prin acte confirmative a experienței similar declarată prin răspuns la clarificare nr. I	OE a răspuns deplin și în termen la clarificare
Ericon SRL		
Scrisoare de clarificare nr.06/1374 din	1. Prezentarea copiilor de rapoarte financiare pentru anul 2023, 2024 și 2025 pentru confirmarea cifrei medii de afaceri conform cerinței pct. 13 supunct 12 din Anunțul de	1.A prezentat rapoartele financiare solicitate.

23.06.2026	participare. 2. Indicarea tipului pompei de vid și confirmarea că aceasta funcționează fără ulei. 3. Prezentarea actelor confirmative cu privire la faptul că echipamentul este dotat cu sistem de lubrifiere centralizată. 4. Prezentarea actelor confirmative și documentația tehnică aferentă programelor de tratare a deșeurilor medicale lichide și să precizați caracteristica ciclului, volumele maxime admise, modul de evacuare a deșeurilor lichide. 5. Prezentarea rapoartelor de încercări pentru confirmarea eficienței sterilizării minime conform cerinței din caietului de sarcini și anume: Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$ • Pentru deșeuri lichide: (SAL) $\geq 10^{-6}$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10^{-6}$	2.A confirmat prin scrisoarea de răspuns la clarificare și a făcut trimitere la manualul de utilizare. 3. .A confirmat prin scrisoarea de răspuns la clarificare și a făcut trimitere la catalogul echipamentului 4. A confirmat prin scrisoarea de răspuns la clarificare și anexă acesteia. 5. A prezentat raport de încercări.
------------	--	---

9.Ofertanții respinși:

Grupul de lucru a evaluat toate ofertele prin raportare exclusiv la cerințele minime și criteriile de evaluare publicate în Anunțul de participare și documentația de atribuire, fără modificarea acestora după expirarea termenului de depunere a ofertelor, cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal și proporționalității prevăzute în Anexa II la Acordul de finanțare și relatează următoarele motive de descalificare a ofertelor:

În temeiul pct. 17 și pct.24 din Anexa nr. II (procurement rules) aferentă Acordului de finanțare încheiat între Comisia Europeană, România și Republica Moldova, potrivit căroră:

„1. *Contractele se vor atribui pe baza criteriilor de atribuire, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi verificat următoarele: a) oferta respectă cerințele minime specificate în documentele de achiziție;*

b) candidatul sau ofertantul nu este exclus sau respins;

c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție specificate în documentele de achiziție și nu se află în situații de conflict de interese care ar putea afecta negativ executarea contractului..”

Becor SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru ofertat Becor SRL
Cerință minimă eliminatorie	Capacitate de funcționare: continuu 24/7	asigură funcționalitatea aproximativ 16 ore/zi \\Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 1, pagina de titlu
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării: • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$	oferit 8 Log 10 (echivalent 10-8) Cerința minimă solicită un nivel SAL $\geq 10^{-18}$, în timp ce documentele prezentate indică o reducere

		microbiologică de numai 8 log₁₀ (10⁻⁸), inferioară nivelului solicitat. Prin urmare cerința minimă nu este îndeplinită. <i>Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 4/16</i> Argumentare: Diferența dintre SAL 10⁻¹⁸ și SAL 10⁻⁸ reprezintă un ordin de mărime de 10 ordine logaritmice, respectiv nivelul de asigurare a sterilității oferit este semnificativ inferior celui impus prin documentația de atribuire și nu poate fi considerat echivalent
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	Maxim per ciclu 450 L <i>Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 4/16,</i> <i>process Volume capacity (lt) 400-450</i> Argumentare: S-a solicitat volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, nu cumulativ sau raportat la oră.
Cerință minimă eliminatorie	Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum.	În broșuri/actele prezentate o dată cu oferta nu a putut fi identificat procesul tehnologic pre și post-vacuum. Respectiv, GL a solicitat clarificare privind confirmarea și dovada existenței acestor procese. În baza actelor prezentate ca răspuns la clarificare, la fel nu au fost identificate aceste procese, fiind identificată doar o pompă vacuum care se folosește la sfârșit de program pentru evacuarea apei folosite. Existența unei pompe de vacuum nu echivalează cu existența unui ciclu tehnologic de sterilizare cu pre-vacuum și post-vacuum, în lipsa unei confirmări exprese din partea producătorului sau a documentației tehnice care să descrie aceste etape ale procesului de sterilizare.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: ≥ 95 %	maxim 50% <i>Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 2/11</i> <i>"After sterilizing the waste with heat treatment, PROMED P300 system decreases the volume significantly (up to ½ size)..."</i>
Cerință minimă eliminatorie	Nivel zgomot: ≤ 65 dB	raportul prezentat indică 71,8 dBA la admisia aburului și 70,8 dBA la evacuare. <i>Becor SRL\clarificari\Indoor Environmental Noise Report P300.signed.pdf pagina 6/12 capitolul C si D</i> <i>(Traducere: În urma măsurărilor de zgomot</i>

		efectuate, s-au obținut următoarele valori: 63,6 LAeq în timpul operațiunii de mărunțire (sfărâmare) a dispozitivului, 71,8 LAeq în timpul operațiunii de admisie a aburului, 65,8 LAeq în timpul operațiunii de vidare și 70,8 LAeq în timpul operațiunii de evacuare a aburului.)
Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 × 3000 × 2000 mm	În formularul de specificație tehnică (formular 22) indicat 2000 × 3000 × 2000 mm În broșuri: 2000 x 3600 x 2000 fără platformă Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 11/16 schema 2250x2500x 4200 (Aprox. with platform and upper lid open status) Becor SRL\technical Description p300.signed.pdf pagina 1/11
Cerință minimă eliminatorie	Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm	În formularul de specificație tehnică (formular 22) indicat 3600 mm în broșura indicat 4200mm. 2250x2500x 4200 (Aprox. with platform and upper lid open status) Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 1/11.
Cerință minimă eliminatorie	Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; <u>cu minim doi arbori</u> (axe)	Din analiza broșurilor și imaginilor tehnice se atestă prezența unei singuri axe (arbor) Shredder shaft (x1) Shredder reduction gerabox (x1) Shredder reduction gerabox motor (x1) \Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 4/11. Becor SRL\promed p300 maintenance &&& spare parts.signed.pdf pagina 1/3, tabelul 1.1 Consumabile, "unit on system" la fel este menționat cite 1 bucata
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	Conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal - nu este integrat La clarificarea solicitată nu a răspuns sau confirmat dacă este integrat Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 8/11

Triumf Motiv SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru oferat
Cerință minimă eliminatorie	Cerințe funcționale de sterilizare: Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare	Prin răspunsul la clarificare OE confirmă că: Modelul oferit <u>nu are acesta tehnologie</u>, el <u>ofera un ciclu de tocare</u> urmat de ciclu de sterilizare, ce corespunde normelor UE, iar randamentul cerut este atins, deoarece un ciclu dureaza în jur de 30min, respectiv <u>într-o ora se vor realiza 2 cicluri</u> <i>Triumf Motiv SRL\clarificari\Notificare - 1369.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării: •Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$	În Formularul Specificației Tehnice (Formularul nr. 22), depus odată cu oferta, operatorul economic a declarat un nivel de reducere microbiologică de 8 log10 (10⁻⁸). Ulterior, prin răspunsul la solicitarea de clarificări (Notificarea nr. 224-1/12 din 02.07.2026), acesta a indicat un alt parametru tehnic, respectiv 6 log10 (10⁻⁶). Prin urmare, răspunsul la clarificări nu confirmă informațiile din oferta inițială, ci modifică un parametru tehnic al acesteia. Conform Anexei II la Procurement Rules Interreg NEXT, clarificările pot avea doar rolul de a explica sau confirma oferta depusă, fără a permite modificarea conținutului tehnic al acesteia după expirarea termenului de depunere. Totodată, modificarea efectuată prin clarificări confirmă un nivel de performanță și mai redus decât cel declarat inițial. Atât valoarea de 8 log10 (10⁻⁸), cât și cea de 6 log10 (10⁻⁶) sunt inferioare cerinței minime din documentația de atribuire, respectiv SAL $\geq 10^{-18}$, astfel încât oferta nu demonstrează îndeplinirea specificațiilor tehnice obligatorii. <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pag 2/10</i> <i>Triumf Motiv SRL\clarificari\Notificare - 1369.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat.	Documentația tehnică depusă nu conține informații sau dovezi care să confirme existența unui mecanism automat de evacuare a deșeurilor. Analiza schemei funcționale (pagina 9/10) indică faptul că <u>evacuarea se realizează manual</u> , motiv

		pentru care operatorul economic nu a demonstrat conformitatea cu cerința tehnică minimă privind evacuarea automată, fapt confirmat și prin răspunsul la clarificări. <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 9/10</i>
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L *S-a indicat volum per ciclu, nu per oră	300 l per ciclu <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 4/10 - Feeding Unit Volume: 300 l</i> Argumentare: S-a solicitat volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, <u>nu cumulativ sau raportat la oră</u>. Documentația de atribuire a solicitat expres volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, iar informațiile prezentate se referă la volumul unității de alimentare, care nu poate fi asimilat automat cu volumul efectiv procesat într-un ciclu. Prin urmare, operatorul economic nu a demonstrat îndeplinirea cerinței tehnice minime.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: ≥ 95 %	Maxim 80% <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 6/10 „Up to 80% volume reducing ratio after treatment.”</i>
Clarificare	La data de 15.07.2026, operatorului economic i-a fost solicitată prezentarea documentelor justificative, inclusiv a facturilor fiscale aferente livrărilor declarate în lista experienței similare, în vederea verificării îndeplinirii cerinței privind experiența similară solicitată prin documentația de atribuire. Solicitarea de clarificare a fost determinată de faptul că, în urma examinării listei prezentate de operatorul economic, s-a constatat că o parte semnificativă dintre pozițiile indicate drept experiență similară se referă la consumabile medicale sau parafarmacie, care nu pot fi considerate, în mod automat,	Operatorul economic nu a prezentat răspunsul solicitat în termenul acordat astfel încât grupul de lucru nu a putut confirma îndeplinirea cerinței respective.

	echipamente/utilaj similare celor ce constituie obiectul prezentei proceduri. Prin urmare, documentele solicitate erau necesare pentru identificarea exactă a bunurilor efectiv livrate și pentru verificarea caracterului similar al experienței invocate.	
--	---	--

Laboratorium SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru oferit
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq$ 10¹⁸	În cerințe s-a solicitat „Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat”, operatorul economic a prezentat un certificat/declarație emis de BioRisk Expertise, prin care sunt enunțate concluziile privind testarea sistemului ECODAS. Documentul nu reprezintă un raport de încercare emis de un laborator acreditat. Operatorul economic a prezentat odată cu oferta un certificat emis de BioRisk Expertise, din care rezultă o inactivare microbiologică de cel puțin 8 log₁₀ – <i>technical specification t300, 23/27</i> Ulterior, ca răspuns la clarificare, OE prezintă certificat referitor la același utilaj/indicatori doar cu valori deja diferite „18log₁₀”. Suplimentar, în cadrul evaluării ofertelor, grupul de lucru a comparat certificatul prezentat de operatorul economic cu certificatul prezentat pentru același echipament (Riomedical SRL), emis de aceeași entitate (BioRisk Expertise), având aceeași dată de emitere (09.11.2021), același emitent și același conținut de bază. În urma comparării documentelor, s-a constatat că acestea conțin <u>valori diferite</u> privind rezultatul testării microbiologice, respectiv într-un document este indicată valoarea 8 log₁₀, iar în documentul prezentat de Laboratorium SRL este indicată valoarea 18 log₁₀, deși celelalte elemente de identificare ale certificatului sunt identice. În aceste condiții, grupul de lucru nu poate considera documentul prezentat drept o

		dovadă autentică și verificabilă a îndeplinirii cerinței tehnice, motiv pentru care acesta nu poate fi luat în considerare la evaluarea ofertei.
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: 700 L/ora, în două transe, 350 L/transa/30 min. <i>Laboratorium Grup SRL\propunere tehnica anexa 2 cu notite-semnat.pdf</i> <i>Max Loading Volume Capacity. Liters500</i> <i>Laboratorium Grup SRL\technical specifications t300-semnat.pdf</i> În propunerea tehnică, operatorul economic a indicat o capacitate de 700 L/oră, în două tranșe a câte 350 L/30 min. Documentația de atribuire a solicitat însă volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu de sterilizare, și nu capacitatea de procesare raportată la o oră de funcționare. Informațiile prezentate nu demonstrează că echipamentul procesează 700 L într-un singur ciclu, ci indică efectuarea a două cicluri succesive a câte 350 L fiecare. Prin urmare, operatorul economic nu a demonstrat îndeplinirea cerinței tehnice solicitate.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: ≥ 95 %	În propunerea tehnică și în documentația tehnică depusă odată cu oferta (Technical Specifications T300, pag. 16/27), operatorul economic a declarat o rată de reducere a volumului de 80–95%, interval care include valori inferioare pragului minim solicitat și, prin urmare, nu demonstrează că echipamentul asigură o reducere a volumului de cel puțin 95%, conform cerinței tehnice obligatorii. Totodată, verificarea broșurii oficiale a producătorului, aferentă aceluiași model de echipament, indică o rată de reducere a volumului de 80%, fără a confirma atingerea valorii minime de 95%. De asemenea, în cadrul aceleiași proceduri de achiziție, un alt

		operator economic care a oferat același model de echipament a prezentat documentația oficială a producătorului, în care este indicată aceeași valoare de 80%, ceea ce confirmă consecvența informațiilor tehnice oficiale disponibile pentru modelul respectiv. <i>Laboratorium Grup SRL\technical specifications t300-semnat.pdf pagina 16/27</i>
Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 × 3000 × 2000 mm	În formularul specificație tehnică (formularul 22) indicat „Dimensiuni maxime (L x l x H): 270x210x330 cm” La fel indicat și în broșură 270x210x330 (LxlxH)cm <i>Laboratorium Grup SRL\technical specifications t300-semnat.pdf pagina 16/27</i> Rezultă că: Lățimea/Adâncimea: 210 cm > 200 cm – neconform; Suplimentar, conform imaginii
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	Conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal - nu este integrat <i>Laboratorium Grup SRL\technical specifications t300-semnat.pdf pagina 14/27</i> În consecință cerința minimă privind generatorul integrat nu este demonstrată
Cerință minimă eliminatorie – <u>confirmată parțial</u>	Capacitate de funcționare: <u>continuu 24/7</u>	Risc - În user manual este menționat ca este regim de lucru în continuu dar la secțiunea garanție (pagina 12) este menționat că producătorul asigură garanție valabilă doar în cazul funcționării a câte 8 ore pe zi
Cerință minimă eliminatorie	Mecanism de mixare continuă a deșeurilor <u>pe durata întregului ciclu de sterilizare</u> : Da	Se oferă „paletă (paddle body) având rolul de a mesteca și redeționa continuu deșeurile către tocător”. Însă, după etapa de tocare, deșeurile ajung în camera de sterilizare, paleta de amestecare fiind amplasată mai sus de tocător, mecanismul de mixare a deșeurilor este asigurat doar pe durata tocării, nu pe întreg ciclu de sterilizare

Rio Medical SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru oferat
Cerință minimă eliminatorie	Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$	În propunerea tehnică, operatorul economic a declarat că echipamentul oferat asigură un nivel „SAL $\geq 10^{-18}$”. În vederea confirmării acestui parametru, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, operatorul economic a prezentat raportul de încercări „Biorisk Attest”, în care este indicată o inactivare microbiologică de cel puțin 8 log10, echivalentă cu 10^{-8}. Prin urmare, documentul prezentat în susținerea ofertei nu confirmă valoarea declarată de operatorul economic și nici îndeplinirea cerinței minime din documentația de atribuire, întrucât nivelul de 8 log10 (10^{-8}) este inferior nivelului solicitat SAL $\geq 10^{-18}$. În consecință, operatorul economic nu a demonstrat conformitatea ofertei cu specificația tehnică obligatorie. Suplimentar, în cerințe s-a solicitat „Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat”, operatorul economic a prezentat un certificat/declarație emis de BioRisk Expertise, prin care sunt enunțate concluziile privind testarea sistemului ECODAS. Documentul nu reprezintă un raport de încercare emis de un laborator acreditat. <i>Rio Medical\biorisk attest 8 log staatt angl 2021.signed.pdf</i> <i>The microbiologic test results during a cycle (shredding and autoclaving at 138 °C during 10 minutes under a mean pressure of 3.5 bars) showed:</i> <i>- A microbial inactivation of Bacillus atrophaeus spores at least 8log10</i> <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	În documentația tehnică depusă odată cu oferta, operatorul economic indică parametrii „Max loading volume capacity – 500 L” și „Average process volume capacity – 350 L”. Ambele valori sunt inferioare cerinței minime de 600 L per ciclu

		de sterilizare prevăzute în documentația de atribuire. În consecință, documentația tehnică prezentată demonstrează că echipamentul oferat nu îndeplinește cerința tehnică obligatorie privind volumul minim de deșeuri <u>procesat într-un singur ciclu de sterilizare</u>, motiv pentru care oferta este neconformă. Max loading volume capacity 500 L Average process volume capacity 350 L <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: $\geq 95\%$	În Specificația tehnică (Formularul nr. 22), operatorul economic a indicat parametrul „Reducere volum deșeuri: $\geq 80-40\%$”, iar în documentația tehnică (broșura produsului) este indicată o rată de reducere a volumului de 80%. În consecință, operatorul economic a oferat un parametru tehnic inferior cerinței minime obligatorii, motiv pentru care oferta nu corespunde specificațiilor tehnice ale documentației de atribuire și este neconformă. În broșura prezentată este indicat 80% <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 x 3000 x 2000 mm	În specificația tehnică (formularul 22) a indicat „Dimensiuni maxime (L x Î x A): 2700 x 210 x 3300 mm” La analiza schemei de amplasare dimensiunile sunt: A= 2100 L= 3000 Î = 3300 Prin răspunsul la solicitarea de clarificări, operatorul economic a precizat că este disponibilă și o configurație destinată spațiilor limitate, prevăzută cu capac cu deschidere orizontală, în cadrul căreia înălțimea echipamentului este redusă la 2643 mm. Cu toate acestea, din răspunsul prezentat rezultă că dimensiunile la sol ale echipamentului rămân 2700 x 2100 mm, astfel încât adâncimea echipamentului rămâne de 2100 mm. <i>\Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf clarificari\RIO MEDICAL260625</i>

		<i>Guide d'installation/ p. 8/41</i>
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal, fapt conformat și în scrisoarea de răspuns la clarificări a OE - nu este integrat <i>Rio Medical\ld 43 rev15 guide installation t300 angl-fran.signed.pdf pag 13/41</i> În consecință cerința minimă privind generatorul integrat nu este demonstrată
Cerință minimă eliminatorie	Mecanism de mixare continuă a deșeurilor <u>pe durata întregului ciclu de sterilizare</u> : Da	Oferit mixarea doar în prima etapă (de mărunțire) „during the shredding step” – conform răspunsului la clarificare a producătorului <i>RIO MEDICAL260625 ATTEST.signed pct.10</i>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriu de evaluare: cel mai bun raport calitate-preț, cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și selecție și cerințelor tehnice minim eliminatorii. Dacă o ofertă nu va îndeplini cerințele minime, nu se va purcede la calcul conform grilei .

1) 60 p preț

**Formula: Puncte = Preț cel mai mic/preț ofertă x 60*

2) 10 p termen de garanție: minim 24 luni, maxim punctat 36 luni, ofertele ≥ 36 luni primesc punctaj maxim

**Formula: Punctaj = (Garanție ofertată – 24) / (36 – 24) × 10*

3) 10 p timp de reacție la fața locului

Maxim admis: 48 ore, Prag minim acceptat: 4 ore

Formula:

Punctaj = (48 – timp ofertat) / (48 – 4) × 10

4) 20p Performanță tehnică

valorile maxime/minime se determină din ofertele admisibile și conforme

4.1 Capacitate de procesare per ciclu – 4 puncte

Formula:

Punctaj = (Capacitate ofertată / Capacitate maximă ofertată în LD) × 4

Explicație: Capacitate ofertată = capacitatea echipamentului ofertantului (ex: 700 L)

Capacitate maximă ofertată = cea mai mare capacitate dintre toate ofertele (ex: 900 L)

4.2 Durata ciclului complet – 4 puncte

Formula:

Punctaj = (Durata minimă ofertată / Durata ofertată) × 4

Explicație: Durata ofertată = durata ciclului pentru fiecare ofertant (ex: 50 min)

Durata minimă ofertată = cea mai mică durată dintre toate ofertele (ex: 40 min)

4.3 Reducere volum deșeuri – 4 puncte

Formula:

$$\text{Punctaj} = (\text{Reducere ofertată} / \text{Reducere maximă ofertată}) \times 4$$

4.4 Nivel de zgomot – 4 puncte

Formula:

$$\text{Punctaj} = (\text{Zgomot minim ofertat} / \text{Zgomot ofertat}) \times 4$$

1.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor - 4 puncte

Formula:

> SAL 10^{-6} până la 10^{-24} (inclusiv) 1 pct.

> SAL 10^{-24} până la 10^{-48} (inclusiv) 2 pct.

> SAL 10^{-48} - 4 pct

Operatorul care va acumula cel mai mare punctaj, cu condiția respectării tuturor cerințelor minime și obligatorii va fi desemnat câștigător.

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică ofertei Ericon SRL

Termen de livrare	Suma totală fără tva/argumentare
În termen de maxim 9 luni (inclusiv instalare și conectarea la rețelele spitalului) de la data semnării contractului	442.000,00 euro Conform HG nr. 513/2025, Proiectul este scutit de TVA, respectiv contractul va fi încheiat la suma fără tva. Oferta Ericon SRL, se încadrează în cerințele minime solicitate respectiv, se purcede la calculul punctajului conform Criteriu de evaluare: cel mai bun raport calitate-preț 1) 60 p preț *Formula: Puncte = Preț cel mai mic/preț ofertă x 60 209.163,34 euro / 442.000,00 euro x 60 = 28,39 p 2) 10 p termen de garanție: minim 24 luni, maxim punctat 36 luni, ofertele ≥ 36 luni primesc punctaj maxim Formula: Punctaj = (Garanție ofertată - 24) / (36 - 24) $\times$ 10 (36luni - 24 luni) / (36luni - 24 luni) $\times$ 10 = 10p 3) 10 p timp de reacție la fața locului Formula: Punctaj = (48 - timp ofertat) / (48 - 4) $\times$ 10 (48ore - 4 ore) / (48 ore - 4 ore) $\times$ 10 = 10p 4.1 Capacitate de procesare per ciclu Formula: Punctaj = (Capacitate ofertată / Capacitate maximă ofertată în LD) $\times$ 4 (97 litri / 97 litri) $\times$ 4 = 4 p 4.2 Durata ciclului complet Formula: Punctaj = (Durata minimă ofertată / Durata ofertată) $\times$ 4 (30 min / 60 min) $\times$ 4 = 2p 4.3 Reducere volum deșeuri Formula: Punctaj = (Reducere ofertată / Reducere maximă ofertată) $\times$ 4

	$(97\% / 97\%) \times 4 = 4p$ 4.4 Nivel de zgomot <i>Formula: Punctaj = (Zgomot minim ofertat / Zgomot ofertat) × 4</i> $(65 - B / 65 \text{ dB}) \times 4 = 4p$ 4.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor <i>Formula:</i> $> SAL 10^{-6}$ până la 10^{-24} (inclusiv) 1 pct. $> SAL 10^{-24}$ până la 10^{-48} (inclusiv) 2 pct. $> SAL 10^{-48}$ - 4 pct Oferit = $SAL 10^{-52} - 4p$ Total punctaj acumulat = 28,39 + 10 + 10 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 = 66,39
--	--

13. Operatorilor economici care au depus ofertă le vor fi transmise scrisorile de informare privind rezultatele procedurii, cu respectarea termenului de așteptare (standstill) de 10 zile calendaristice, prevăzut la pct. 27 subpct. 1 din Anexa II, termen care începe să curgă de la data transmiterii notificării rezultatului procedurii.

În interiorul perioadei de standstill, operatorii economici au dreptul de a formula contestații/obiecții împotriva prezentei decizii, în condițiile prevăzute la pct. 25 din Invitația de participare și în conformitate cu regulile aplicabile procedurii.

Contractul de achiziție va putea fi semnat doar după expirarea termenului de standstill, în lipsa unor contestații admisibile

14. Raportul de evaluare nr. 1 și Raportul de evaluare nr. 2, întocmite de grupul de lucru/comisia de evaluare, se anexează la prezenta decizie și constituie parte integrantă a acesteia.

Componența grupului de lucru:

Nr. d/o	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Dragoș Pidleac	Președintele grupului de lucru	
2	Natalia Țurcanu	Secretar	
3	Maria Jardan	Membru	
4	Cristina Rarancean	Membru	
5	Tatiana Povar	Membru	
6	Victor Șchiopu	Membru, specialist de profil	