

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1751552629967/21444184 din 11.07.2025**

Obiectul achiziției: **Articole parafarmaceutice, reagenți pentru laborator și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare, mod. Mindray SV300 și SV650, iVent 201 și masina de anestezie, mod. Mindray WATO EX-65 PRO (China)						
1. Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	MOX-3	China	Mindray	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650 (China), cu instalarea în dispozitivul medical.	Sensori de oxygen pentru ventilatoarele Mindray SV300 și SV650 (China), cu instalarea în dispozitivul medical.	ISO/CE
2. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream	115-043022-00	China	Mindray	Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	Pentru ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	ISO/CE
3. Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream	115-043022-00	China	Mindray	Compatibilă cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	Pentru ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	ISO/CE
4. Baterie reîncărcabilă	115-025022-00	China	Mindray	Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare, garanție min. 1 an	Pentru ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare, garanție min. 1 an	ISO/CE
5. Sensor de oxygen	OOM202	Germania	EnviteC Medical	Sensori pentru O2 (ap. ventilație artificială, mod. „iVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	Sensori pentru O2 (ap. ventilație artificială, mod. „iVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical.	ISO/CE
6. Baterie reîncărcabilă	Battery 12V 7Ah, 85072080	Franta	Vlad	Compatibilă cu ventilator mod. „iVent 201, cu instalare în dispozitiv și testare, garanție, minimum 1 an.	Compatibilă cu ventilator mod. „iVent 201, cu instalare în dispozitiv și testare, garanție, minimum 1 an.	ISO/CE
7. Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO	MOX-2	China	Mindray	Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat	Sensor de oxygen pentru masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO	ISO/CE

				ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului.)	9001 (în dependență de categoria produsului.)	
8. Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 și mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO	115-043017-00	China	Mindray	Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 și mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-043017-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 și mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-043017-00, cu instalarea în dispozitivul medical.	ISO/CE
9. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300	115-028397-00	China	Mindray	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300, cod de referință 115-028397-00 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru Hepa Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300, cod de referință 115-028397-00 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru Hepa Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical	ISO/CE
10. Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650	115-049765-00	China	Mindray	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650, cod de referință 115-049765-00 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomet. 5 Microfiltru Aer. 6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650, cod de referință 115-049765-00 1. Valva membranei de expirare 2. Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomet. 5 Microfiltru Aer. 6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical	ISO/CE
Lot 2 Filtre pentru aspirator chirurgical						
1. Filtre pentru aspirator chirurgical	HYDROPHOBIC FILTER (HT01M023)	Turcia	Elmaslar	Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia).	Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia).	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiul S108