

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718020323199/21235617 din 16.07.2024
Obiectul achiziției:	Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 75 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650						
Lot 75.1 Kit mentenanță 1 an (ref: 115-049765-00)	115-049765-00	China	Mindray	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor.	Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul pulmonar SV 650, ce include: instalarea, efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului și emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor.	
Lot 75.2 Senzor de oxigen type MOX3	MOX3	China	Mindray	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor.	Senzor de oxigen tip MOX3 pentru SV650, Mindray. Include: instalarea, efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului și emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor.	
Lot 75.3 Capcană de condens cu linie de colectare a gazului (PN: 115-043024-00 și PN: 115-043017-00)	115-043024-00 + 115-043017-00	China	Mindray	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650.	Capcană de condens cu linie de colectare a gazului pentru modulul de capnografie de la SV650, Mindray.	
Lot 88 Cablu ECG 3 electrozi, IEC standard (ref: BR-903P)	XDX-10032D	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	
Lot 92 Senzor SpO2(ref: TL-201T)	RSP-10045A	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	
Lot 93 Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI)	RSP-10162A	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Philips MX550. Conector cu 9 pini. Reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Philips MX550. Conector cu 9 pini. Reutilizabil.	
Lot 94 Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009)	ECG-10106H	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.	

Lot 95 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844)	ADP-10017B	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil.
Lot 97 Manșetă mărimea 3 (6-11cm)	NBC-10001A+ CNT-03 (M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	6 – 11 cm Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).
Lot 99 Manșetă mărimea 5 (8-15cm)	NBC-10001B+ CNT-03 (M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	10 – 19 cm Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).
Lot 100 Manșetă adult 25-35cm	NBC-10001D+ CNT-07(M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	25-35 cm Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).
Lot 101 Manșetă adult 25-35cm	NBC-10001D+ CNT-03 (M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	25-35 cm Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).
Lot 102 Manșetă adult 35-45cm	NBC-10001E+ CNT-07(M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).	33-47 cm Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059).
Lot 103 Manșetă adult 35-45cm	NBC-10001E+ CNT-03 (M)	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).	33-47 cm Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091).
Lot 104 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	IBP-10016F	China	Paswmed	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil.
Lot 105 Set electrozi tip clește pentru adulți	EKG-10013D	China	Paswmed	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 30 x 130 mm.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 30 x

				Compatibil cu conector tip Banana.	130 mm. Compatibil cu conector tip Banana.
Lot 106 Set electrozi tip pare pentru adulți	EKG-10012D	China	Paswmed	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 30 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 30 mm. Compatibil cu conector tip Banana.
Lot 107 Set electrozi tip clește pediatrici	EKG-10013E	China	Paswmed	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 20 x 90 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 20 x 90 mm. Compatibil cu conector tip Banana.
Lot 108 Set electrozi tip pare pediatrici	EKG-10012H	China	Paswmed	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 15 mm. Compatibil cu conector tip Banana.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 15 mm. Compatibil cu conector tip Banana.
Lot 126 Filtre la aspirator (Elmaslar)	Filtru hidrofob/ antibacterial	Turcia	Elmaslar	Compatibil cu aspirator chirurgical Elmaslar SA01HT. Specificatie tehnica: Filtru antibacterial. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Filtru hidrofob pentru aspiratorul chirurgical Elmaslar SA01HT. Specificatie tehnica: Filtru hidrofob și antibacterial. Livrare în maxim 45 zile de la data solicitării. Pagina de catalog ce confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul se anexează la achetul de licitație.
Lot 129 Senzor de oxigen, MOX2	MOX2	China	Mindray	Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220.	Senzor de oxigen tip MOX2 pentru WATO EX-65 PRO, Mindray. Include: instalarea, efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului și emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807