

			Specificații tehnice (F4.1)															
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]															
Numărul licitației:			LP nr.										Data: „19” octombrie 2021		Alternativa nr.:			
Denumirea licitației:			Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform										Lot: _____		Pagina: __ din __			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă						Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință			
1	2			3	4	5	6						7		8			
33100 00-1							Destinația: pentru marcarea unităților de sânge/componente sanguine, eșantioane de laborator, etc. Proprietăți: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală și în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de până la minus 80°C și la decongelare rapidă temperatura de până la plus 37°C; Ușor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set de minimum 12 unități similar pentru fiecare unitate donată. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.											
	29	Autocolante marcare cod/bare	Autocolante marcare cod/bare	Autocolante marcare cod/bare	R. Moldova	Mitra Grup SRL							Conform specificației solicitate		certificate de calitate la materia primă			