

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achiziție: 21053467 din 31.03.22						
Obiectul achiziției: Reagenți pentru laborator- biochimie, pentru anul 2022 conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Albumina (Albumin) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat.	ALBU-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizat. Limita minima de detecție pentru set <2.0 g/l. Coeficientul de variații intraserial<0.15 – extraserial . <0.15. Interferențe: Acid ascorbic până la 1,7 mmol/l. Magneziu până la 8 mmol/l.	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizat. Limita minima de detecție pentru set <2.0 g/l. Flacoane cu volum 125 ml. Coeficientul de variații intraserial<0.15 – extraserial . <0.15. Interferențe: Acid ascorbic până la 1,7 mmol/l. Magneziu până la 8 mmol/l.	ISO,CE
Lot. 2 Calciu (Calcium) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat	CALA-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagentului: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material: Ser plasma heparinizată, urină. Limita minima de detercie pentru set: < Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat mol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.3. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Lipemie pină la 21 g/l. Hb pină la 5,5 g/l. Mg pină la 8 mmol/l/	Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagentului: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material: Ser plasma heparinizată, urină. Limita minima de detercie pentru set: < Flacoane cu volum 125 ml, determinarea la analizator automat mol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.3. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Lipemie pină la 21 g/l. Hb pină la 5,5 g/l. Mg pină la 8 mmol/l/	ISO,CE
Lot. 3 Creatinina (Creatinine) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat	CRCO-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé fără deproteinizare. Determinare citetica cu calibrator. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, urina. Limita minima de detercie pentru set: < 15 mcmol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.05 – extraserial . <0.05. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Hb pină la 5,5 g/l. Lipemia pină la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé fără deproteinizare. Determinare citetica cu calibrator. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, urina. Flacoane cu volum 125 ml. Limita minima de detercie pentru set: < 15 mcmol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.05 – extraserial . <0.05. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Hb pină la 5,5 g/l. Lipemia pină la 21 g/l.	ISO,CE
Lot. 4 Proteină Totală (Total Protein) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat	PROB-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, Coeficientul de variații intraserial<0.1 – extraserial . <0.15. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Hb pină la 5,5 g/l. Lipemia-trigliceridee pină la 11 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată. Flacoane cu volum 125 ml Coeficientul de variații intraserial<0.1 – extraserial . <0.15. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pină la 0,7m mol/l. Hb pină la 5,5 g/l. Lipemia-trigliceridee pină la 11 g/l.	ISO,CE
Lot.5 Hemoglobina glicolizată (HbA1c) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat	HBAC-0240 / HBAC-0043	Franta	Elitech	Metoda de determinare: imunoturbidimetica. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Singe integru cu EDTA Limita minima de detercie pentru set: < 1,5 %. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.2. Acid ascorbic pina la 3,5 mmol/l. Bilirubina pină la 4,4m mol/l. Lipemia triglyceride pină la 21 g/l. Hb pină la 5,5. Factor rheumatic pină la 500 UI/ml.	Metoda de determinare: imunoturbidimetica. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Singe integru cu EDTA Limita minima de detercie pentru set: < 1,5 %. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.2. Acid ascorbic pina la 3,5 mmol/l. Bilirubina pină la 4,4m mol/l. Lipemia triglyceride pină la 21 g/l. Hb pină la 5,5. Factor rheumatic pină la 500 UI/ml.	ISO,CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceacovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL_: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.