

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1551361722582

Denumirea procedurii de achiziționare a instrumentelor endoscopice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 4						
		Cablu fibrooptic						
	4.1	Cablu fibroptic	495NA	Germania	Karl Storz	Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Cablu fibroptic; Diametru: 3.5 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 2.3m +/- 0,2 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Cablu fibroptic; Diametru: 3.5 mm; Lungime: 2.3m ; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316