

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754457410342 din 12 aug 2025, 10:00 - 19 aug 2025, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de măsurări a parametrimetrelor tehnice și a calității, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
		Lotul nr. 1 - Achiziționarea serviciilor de măsurări a parametrimetrelor tehnice și a calității, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025						
1.1	98300000-6	DRGEM Diamond SA (din cadrul subdiviziunilor CMF 10 și CCD) - 1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-	-	-	DRGEM Diamond SA (din cadrul subdiviziunilor CMF 10 și CCD) - 1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	DRGEM Diamond SA (din cadrul subdiviziunilor CMF 10 și CCD) -1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
1.2	98300000-6	Protec PRS 500B (din cadrul subdiviziunilor CMF 11)- 1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-	-	-	Protec PRS 500B (din cadrul subdiviziunilor CMF 11)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	Protec PRS 500B (din cadrul subdiviziunilor CMF 11)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
1.3	98300000-6	Control -X Z- Motion (din cadrul subdiviziunilor CMF 12)- 1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație	-	-	-	Control -X Z- Motion (din cadrul subdiviziunilor CMF 12)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație	Control -X Z- Motion (din cadrul subdiviziunilor CMF 12)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație	-
1.4	98300000-6	Dispozitiv radiologic Villa Moviplan-800 (din cadrul subdiviziunilor CCD)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2.	-	-	-	Dispozitiv radiologic Villa Moviplan-800 (din cadrul subdiviziunilor CCD)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3.	Dispozitiv radiologic Villa Moviplan-800 (din cadrul subdiviziunilor CCD)-1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma	-

		Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.			Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**