



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21291765 din 12.11.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 27)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. de înregistrare în RS al DM
Lot 10					
Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410	BT-720	Coreea Bistos	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitorizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului (PI) obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Mesaj de eroare obligatoriu Tip display LCD sau LED obligatoriu	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere: Acest grup de produse include puls -oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitorizare continuă (bedside)- Pag.2 Data Sheet Tip pacient nou -nascut- Pag.2 Data Sheet Afișări SpO2 obligatoriu- Pag.2 Data Sheet Valoarea pulsului obligatoriu- Pag.2 Data Sheet Puterea semnalului (PI) obligatoriu- Pag.2 Data Sheet Baterie descărcată obligatoriu- Pag.2 Data Sheet Mesaj de eroare obligatoriu- Pag.2 Data Sheet Tip display LCD de 4.3" - Pag.2 Data Sheet	DM000499810

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤3 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului obligatoriu Autotestarea obligatoriu Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului	Gama SpO2, % Diapazonul 0 - 100%- Pag.2 Data Sheet Rata de măsurare 70 - 100, +/- 3%- Pag.2 Data Sheet Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2%- Pag.2 Data Sheet Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic- Pag.1 Data Sheet Sensor deconectat- Pag.1 Data Sheet Sensor epuizat- Pag.1 Data Sheet Buton de dezactivare alarmei sonore- Pag.1 Data Sheet Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă- Pag.1 Data Sheet Baterie descărcată- Pag.1 Data Sheet Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată- Pag.1 Data Sheet Controlul volumului obligatoriu- Pag.1 Data Sheet Autotestarea obligatoriu Pag.1 Data Sheet Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu Pag.2 Data Sheet Baterie internă ≥ 8 ore Pag.2 Data Sheet Accesorii: Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului – U403 Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului – U543 Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului- U103-S Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 unitate, să se indice codul produsului- Inlus in accesorii standard.	
Lot 11					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Pulsoximetru, portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	BT-710	Coreea Bistos	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2 % Rezoluția SPO2 ± 1 % Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil – Da, Data sheet Tip pacient Adult, pediatric – Da, Data sheet Interval de măsurare Diapazon 0-100% – Da, Data sheet Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % – Da, Data sheet Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2 % – Da, Data sheet Rezoluția SPO2 ± 1 % – Da, Data sheet Pulsul ± 1 bpm – Da, Data sheet Afișaj SPO2 – Da, Data sheet Valoare pulsului – Da, Data sheet Puterea semnalului – Da, Data sheet Indicator baterie descărcată – Da, Data sheet Display LED sau LCD – Da, Data sheet Alarmer Auditiv – Da, Data sheet Vizual – Da, Data sheet SpO2 și valoarea pulsului mare/mic – Da, Data sheet Sensor deconectat – Da, Data sheet Sensor epuizat – Da, Data sheet Buton de dezactivare alarmei sonore – Da, Data sheet Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz – Da, Data sheet Durata de viață ≥ 8 ore – Da, Data sheet Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., cod Adult Sensor for Bistos, reusable Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., cod Pediatric Sensor for Bistos, reusable	DM000499808
---	--------	------------------	---	---	-------------

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului	Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., inclus in setul de baza Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., inclus in setul de baza Husă pentru transportare 1 buc., inclusa in setul de baza	
Lot 23					
Lampă pentru examinare, cu braț articulată Cod 130110	Alfa-Fix	Italia Rimsa	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000- 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. – DA, pag. 1 Datasheet Dimensiunea câmpului luminos - 150 mm, pag. 1 Datasheet Temperatura culorii - 4500 K, pag. 1 Datasheet Ajustarea intensității luminii – DA, pag. 1 Datasheet Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm – DA, 50 cm, pag. 1 Datasheet Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală – DA, pag. 1 Datasheet Baza cu acoperire anticorozivă – DA, pag. 1 Datasheet Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED – DA, pag. 1 Datasheet Timpul de viață a LED-urilor - 60 000 h, pag. 1 Datasheet Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad – DA, pag. 1 Datasheet Braț articulată – DA, pag. 1 Datasheet	DM000450259

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii" obligatoriu	Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux – DA, pag. 1 Datasheet Mobil pe suport cu minim 5 roți – DA, pag. 1 Datasheet "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii" – DA, pag. 1 Datasheet	
--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21291765 din 12.11.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 27)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	10	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar cod 260410	Buc.	1	11.500,00	13.800,00	11.500,00	13.800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	11	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Buc.	2	7.000,00	8.400,00	14.000,00	16.800,00		
	23	Lampă pentru examinare, cu braț articulată Cod 130110	Buc.	1	8.154,00	9.784,80	8.154,00	9.784,80		
TOTAL							33.654,00	40.384,80		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.