

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 21.12.2021						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
48.Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	Turcia	YFS GIDA TEM.AMBALA J MED. TEKS.SAN.TIC. LTD.STI	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor –5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și	CE ISO 10002 ISO 11135 ISO 22716

				(modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
72.Ochelari chirurgicali de protecție	GLYZ 1-1	China	Taizhou Baolai Glasses Manufacture Co., Ltd	Device itraoperator de multe folosinta de protecție chirurgicala	Device itraoperator de multe folosinta de protecție chirurgicala Incolori, etanși cu protecție laterală și frontală, fără părți metalice, cu vizor panoramic și ramă din plastic moale, rama cu protecție laterală, părțile laterale transparente, vederea laterală nu este afectată, lentilele transparente cu protecție la zgîrietur, cu fixare etanșă pe față, oferă protecție împotriva lichidelor, se fixează în jurul capului cu ajutorul bandei elastice special creată pentru a asigura o susținere fermă. Mărime universală.	CE ISO
121.Stative pentru perfuzii/infuzii	Stative pentru perfuzii/infuzii	Rep. Moldova	Venox Expert SRL	1. Carcasa din inox 2. Înălțimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părți 3. Lățimea bazei nu mai mare de 550mm., pe roțile 4. 2 suporturi-coșuleț inclusiv cu 2 cîrlige din inox	1. Carcasa din inox 2. Înălțimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părți 3. Lățimea bazei nu mai mare de 550mm., pe roțile 4. 2 suporturi-coșuleț inclusiv cu 2 cîrlige din inox	Aviz sanitar

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6