

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **nr. ocde-b3wdp1-MD-1637761078234, ID:21047501 din 01.01.2022**

Obiectul achiziției: **Necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022**

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140 000-3	69	Lot 69: Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	42074	Suedia	Molnlycke Health Care	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	CE, ISO 13485
33140 000-3	111	Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	906542	Suedia	Molnlycke Health Care	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	112	Lot 112: Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	97095457	Suedia	Molnlycke Health Care	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi,	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi,	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliestерul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/- 2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliestерul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/- 2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	
--	--	--	--	--	---	---	--

33140 000-3	113	Lot 113: Câmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	97094658	Suedia	Molnlycke Health Care	Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața	Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
----------------	------------	---	-----------------	--------	-----------------------	--	--	--

					dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit in zona critica. 8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200.	dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit in zona critica. 8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200.		
33140 000-3	115	Lot 115: Câmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	706100	Suedia	Molnlycke Health Care	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

						formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.	formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.	
33140 000-3	143	Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	98000724	Suedia	Molnlycke Health Care	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	CE, ISO 13485, EN13795
33140 000-3	144	Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	98000725	Suedia	Molnlycke Health Care	1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile	1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile	CE, ISO 13485, EN13795

						ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în fața materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în fața de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în fața materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în fața de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	
33140 000-3	154	Lot 154: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	BB365R	Germania	Aesculap AG	Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare	Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare	CE, ISO 13485
33140 000-3	155	Lot 155: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	BB364R	Germania	Aesculap AG	Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare	Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare	CE, ISO 13485
33140 000-3	166	Lot 166: Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0	82270	Suedia	Molnlycke Health Care	N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului	N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

						EN 374-2:2014)).	EN 374-2:2014)).	
33140 000-3	167	Lot 167: Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5	82275	Suedia	Molnlycke Health Care	N 7,5,din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	N 7,5,din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	168	Lot 168: Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0	82280	Suedia	Molnlycke Health Care	N 8,0, din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	N 8,0, din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	169	Lot 169: Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5	82285	Suedia	Molnlycke Health Care	N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	N 8,5, din cauciuc deproteinizat, non- alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	175	Lot 175: Mască chirurgicală anti	4238	Suedia	Molnlycke	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri	CE, ISO 13485,

		ceață cu bandă			Health Care	2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti- ceață. 10. Ne steril	2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti- ceață. 10. Ne steril	Declarație de conformitate
33140 000-3	240	Lot 240: Set cardiovascular adulți steril jetabil	97109760	Suedia	Molnlycke Health Care	1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mâncă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a	1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mâncă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (± 5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (± 5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (± 5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm (± 5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(± 5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(± 3 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică 50x140cm(± 5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat	personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (± 5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (± 5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (± 5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm (± 5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(± 5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(± 3 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică 50x140cm(± 5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat	
--	--	--	--	--	--	--	--

					impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura	impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura	
--	--	--	--	--	---	---	--

						impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19. 2 buc.:Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit	impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19. 2 buc.:Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit	
33140 000-3	241	Lot 241: Set cardiovascular By-pass steril jetabil	97109781	Suedia	Molnlycke Health Care	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x100cm(±5	personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x100cm(±5	
--	--	--	--	--	--	--	--

					cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant. 16. 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²;	cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b) strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critică. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant. 16. 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²;	
--	--	--	--	--	---	---	--

						dimensiunile ranforsării în fața de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 1 buc. Absorbant perineal – minim 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil; b) strat absorbant. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit	dimensiunile ranforsării în fața de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 1 buc. Absorbant perineal – minim 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil; b) strat absorbant. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit	
33140 000-3	242	Lot 242: Set cardiovascular copii steril jetabil	97030890	Suedia	Molnlycke Health Care	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

					pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză;; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil	pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză;; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil	
--	--	--	--	--	--	--	--

					pe toată suprafața; b) strat confort din celuloza pe toată suprafața; c) strat absorbant în zona critică 50x80cm(±5 cm); 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm). 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul,	pe toată suprafața; b) strat confort din celuloza pe toată suprafața; c) strat absorbant în zona critică 50x80cm(±5 cm); 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm). 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă şi magnit	impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă şi magnit	
33140 000-3	243	Lot 243: Set chirurgical mare p/u operaţii cu risc sporit de lichide, jetabil	699054	Suedia	Molnlycke Health Care	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearşaf cu bord adeziv şi câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operaţie minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5.Cearşaf cu bord adeziv şi câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearşaf cu bord adeziv şi câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operaţie minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5.Cearşaf cu bord adeziv şi câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.	CE, ISO 13485, Declaraţie de conformitate

						6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	
33140 000-3	244	Lot 244: Set chirurgical standard steril	698900	Suedia	Molnlycke Health Care	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

						Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6. Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7. Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8. Marcaj CE, certificat EN13795;	Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6. Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7. Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8. Marcaj CE, certificat EN13795;	
33140 000-3	267	Lot 267: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20	5206332	Germania	B.Braun Melsungen	G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	268	Lot 268: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22	5206316	Germania	B.Braun Melsungen	G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33140 000-3	272	Lot 272: Set steril jetabil pentru intervenții	97038757	Suedia	Molnlycke Health Care	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu	CE, ISO 13485, Declarație de

		diagnostice				grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipsească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va	grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipsească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va	conformitate
--	--	-------------	--	--	--	---	---	--------------

					exclue mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (± 5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 15. Seringă luerlock 20 ml rezistentă la proceduri sub presiune alunecarea glisant[a pistonului, se va exclue setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE şi declaraţie de conformitate în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	exclue mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (± 5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 15. Seringă luerlock 20 ml rezistentă la proceduri sub presiune alunecarea glisant[a pistonului, se vor exclude seringile cu miscare sacadata. *Certificat CE şi declaraţie de conformitate în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	
33140 000-3	273	Lot 273: Set steril jetabil pentru intervenţii endovasculare majore	97038757/5010783	Suedia	Molnlycke Health Care/B.Braun Melsungen 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (± 5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafaţa. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (± 3cm) şi 2 orificii de 5x7cm (± 3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 feţe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanşitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat şi/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (± 5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă,	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (± 5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafaţa. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (± 3cm) şi 2 orificii de 5x7cm (± 3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 feţe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanşitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat şi/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (± 5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă,	CE, ISO 13485, Declaraţie de conformitate

					capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă,	capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă,	
--	--	--	--	--	--	--	--

					cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm).	cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm).		
33140 000-3	310	Lot 310: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip	5200830	Germania	B.Braun Melsungen	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de	CE, ISO 13485

		“Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer				presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	
33140 000-3	311	Lot 311: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon	5200830	Germania	B.Braun Melsungen	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	CE, ISO 13485

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu