

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. 21073378/ ocds-b3wdp1-MD-1675957024634					Data: „27” _februarie_ 2023	Alternativa nr.: -	
Denumirea licitației:			Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (repetat)						Pagina: 1 din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
33100000-1	52	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	PM3222 Allure RF + 2088TC/52cm Tendril STS + 2088TC/58cm Tendril STS + 1258T/86cm QuickFlex μ + DS2C020 CPS Direct Universal + DS2C019 CPS Direct Universal + AI-07125 Arrow + 4078G Guidewire	SUA/ Ireland	St.Jude Med / Abbott / Teleflex	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52- 56 diametru 6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d0.014	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT –P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52 cm diametru 6F, cu fixare activa; pentru ventricul drept cu lungimea 58 cm diametru 6F, cu fixare activa; electrod pentru sinus coronarian diametru 4.3F cu fixarea pasiva; kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografia sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d 0.014.	CE, DC	
33100000-1	53	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Livewire 20/M/2-2-2 mm, 7 F, 115 cm, 401908; Livewire 20/XL/5-5-5 mm,7 F, 95 cm, 401905; Livewire 20/XL/2-5-2 mm, 7 F, 95 cm, 401914; Livewire 20/XL/2-10-2 mm, 7 F, 95 cm, 401904	SUA	St.Jude Med / Abbott	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 poli de tip HALO, diametru 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni SuperLarge, Med, lungimea 95-115 cm. Catetere compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	CE, DC	
		Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General								
		Ofertantul: „_GBG-MLD” SRL__ Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2								