

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712306545326, ID: 21200380 din 29.04.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Instrumentarului Cardiochirurgical conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2024

Codul CPV	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000 0-1	27	Container pentru stocare si sterilizare	Container pentru stocare si sterilizare	JK442 – 1 buc JK486 – 1 buc JF223R – 1 buc JF932 – 1 buc JG786B – 2 buc JK090 – 1 pachet	Germania	AESCULAP AG	Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/- 10 mm); din aluminiu, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox și o saltea din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine. Capac separat pentru container - din aluminiu, <u>albastru</u> , lacăt cu click audibil, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aluminiu pentru înscrierea denumirii secției specializate -2 buc.	Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 274 mm x 135 mm; din aluminiu, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox și o saltea din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine. Capac separat pentru container - din aluminiu, <u>albastru</u> , lacăt cu click audibil, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aluminiu pentru înscrierea denumirii secției specializate -2 buc. Catalog anexat.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu