




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-5870 din 29.12.2023

Operatorii economici participanți

Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1693839241770 privind *Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024*, vă comunică decizia din 29.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr lot	Denumirea lotului	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără tva	Preț unitar cu tva	Suma fără tva	Suma cu tva	Model/articol	Producător	Țara de origine	AMDM/ANSP	Cîștigător
1	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	18717888	0,1100	0,11880	2058967,68	2223685,09	Pasdez 1 kg Concetratia produsului: 2 pastile la 10 litri de apa, Ambalaj la 1 kg	Dezfarmteh SRL	Moldova	Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020	DEZMED-CV S.R.L.
2	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	10926639	0,3400	0,3672	3715669,26	4012922,80	Pasdez 1 kg Ambalaj 1 kg, Concetratia produsului: 5 pastile la	Dezfarmteh SRL	Moldova	Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020	DEZMED-CV S.R.L.

								10 litri de apa.				
3,1	Dezinfectarea si curatarea suprafetelor. (suprafete non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	1745648	0,18	0,1998	323314,88	349 180,070	DDN Surf, Cod 1076020, concentratia 0,25% canistra 5L	Franklab	Franta	Certificat nr.P-0010/2023	SC ERICON SRL
3,2	Dezinfectarea si curatarea suprafetelor. (suprafete non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098	0,27	0,2916	417446,46	450 842,177	DDN Surf, Cod 1076016, concentratia 0,25% canistra 5L	Franklab	Franta	Certificat nr.P-0010/2023	SC ERICON SRL
4,1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	3847696	0,29	0,3132	1115831,84	1205098,387	Phago surf, 5L ref 60407 concentratia 0,25%	Christeysn	Franta	DM000426555/ANSP -00042	SC ERICON SRL
4,2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1417275	0,39	0,4212	552737,27	596 956,230	Phago surf, 1L, ref 60406 concentratia 0,25%	Christeysn	Franta	DM000426554/ANSP -00042	SC ERICON SRL
6	Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit.	L/soluție de lucru	87420	7,28	7,8624	636417,6	687331,008	INCIDIN Activ	Ecolab	Germania	ANSP -00103	SC ERICON SRL

8	Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	46,429	50,1433	1218111,24	1315559,62	Bactucid AF	ChemiPharm AS	Estonia	DM000258738	DITA ESTFARM S.R.L
9	Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	0,85	0,918	740122,2	799 331,976	Viro Wipes ref. 23120L (150 servetele)	Franklab	Franta	DM000426558	SC ERICON SRL
10,1	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	375624	0,68	0,7344	255424,32	275 858,27	Enzymex L9, 5L, 0,5% ref. 1043520	Franklab	Franta	DM000388403	SC ERICON SRL
10,2	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	181934	0,740	0,7992	134631,16	145 401,65	Enzymex L9, 1L, 0,5% ref. 1043516	Franklab	Franta	DM000388402	SC ERICON SRL
11,1	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuală și automată a endoscoapelor flexibile (nu necesită clătire)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	55800	0,7	0,84	39060	46872	Enzymex LD, 5L, 0,3% ref. 1027120	Franklab	Franta	DM000388364	SC ERICON SRL

11,2	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	19050	0,8	0,96	15240	18288	Enzymex LD, 1L, 0,3% ref. 1027116	Franklab	Franta	DM000388363	SC ERICON SRL
12.1	Curațare si dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	153929	1,05	1,134	161625,45	174 555,49	Enzymex P, 0,4% ref 10436138, 2kg	Franklab	Franta	DM000388406	SC ERICON SRL
12.2	Curațare si dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	99902	1,05	1,134	104897,10	113 288,87	Enzymex P, 0,4% ref 10436138, 2 kg	Franklab	Franta	DM000388406	SC ERICON SRL
13,1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	210463	3,90	4 212	820805,7	886470,156	HMI PEROSTER CE 5 KG galeata concentratia produsului oferit 2%	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	Bulgaria	DM000003324	DEZMED-CV S.R.L.
13,2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și	L/soluție de lucru	71925	5,0	5,40	359625	388395	HMI PEROSTER CE 0,4 KG concentrația soluției de	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	Bulgaria	DM000003325	DEZMED-CV S.R.L.

	endoscoapelor, pînă la 2 kg							lucru oferită este te 2% .				
15,1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solutie gata de lucru	18306	49,5	53,46	906147	978638,76	BIO-DEZ 1L cu pompa	ECOCHIM GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
15,2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solutie gata de lucru	13443	35,0	37,8	471205	508901,4	BIO-DEZ 5L butelie	ECOCHIM GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
16,1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solutie gata de lucru	4131	50,0	54,0	206550	223074	BIO-DEZ 1L gel cu pompa	ECOCHIM GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
16,2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solutie gata de lucru	4112	36,8	39,744	151321,6	163427,328	BIO-DEZ 5L GEL butelie	ECOCHIM GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
17,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150	51,2084	55,3051	263723,26	284821,27	Chemisept Gel	ChemiPharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L

17,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830	33,7038	36,4001	61677,95	66612,18	Chemisept Gel	ChemiPharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L
18,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	L/lichid	16265,00	50,9191	54,9926	828199,16	894454,64	Chemisept Med	ChemiPharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2022	DITA ESTFARM S.R.L
18,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	2660,00	35,8285	38,6948	95303,81	102928,17	Chemisept Med	ChemiPharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2022	DITA ESTFARM S.R.L
19	Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina	Litri	835,00	245	264,60	204575	220941	Dermanios Scrub 4%, ref. 2173.385	Anios-Ecolab	Franta	P-0054/2023	SC ERICON SRL
20	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	Litri	2 833	120	129,6	339960	367156,80	Phago Derm Asept ref 65121, 1L	Christeyns	Franta	P-0032/2023	SC ERICON SRL
23	Clorură de var	kg	27 522	17,5	21	481635	577962	Clorura de var, 30-32%, sac 25 kg	Chimcomplex	Romania	Nr.00309 din 27.12.2022	Policontract SRL
24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	10,55	11,394	812919,7	877953,276	Peroxid de hidrogen – ElaDum 6%	ElaDum Pharma SRL	Moldova	Nr. 00075	Tetis International Co. SRL

25	Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	litri	34532,00	25	30	863300	1035960	Peroxid de hidrogen 35% (medicinal) 22Kg	Inter Sintez	Ucraina	Nr. P-0071/2023 din 02.11.2023	Policontract SRL
28	Spălarea și dezinfectia veselei de masă, spălare manuală	Litri soluție de lucru	938300,00	0,29	0,3132	272107	293 875,56	Phago Surf 5 L, ref. 60407	Christeyns	Franta	ANSP Nr.00042	SC ERICON SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)

- Oferta operatorului economic **Endochirurgie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde concentrația solicitată, astfel, conform EN 17126 concentrația urmează a fi 1pastila la 1,5 L, dar s-a oferit 1 pastilă la 5 L.

Lotul 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (actiune sporicida)

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie), s-a constat că nu deține aceste testări.

Pentru loturile 3 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor (suprafețe non critice) și 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (actiune sporicida)

- Oferta operatorului economic **Dezmed CV SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

Conform ofertei depuse în sistemul electronic operatorul economic a prezentat pentru produsul Dezfarm dosar științific cu testări microbiologice incluse pentru mai multe produse în care este indicat că „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*” produsele enumerate și Dezfarm au formulă chimică ”similară”.

În urma scrisorii nr. Rg02-4887 din 29.11.2023, CAPCS a solicitat de la operatorul economic să prezinte- *Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului, care confirmă eficacitatea produsului Dezfarm, și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (conditii murdarie), bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie), levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie).*

Drept răspuns Dezmed CV SRL prin scrisoarea nr. 22/2023 din 01.12.2023, nu a prezentat documentele solicitate în scrisoarea de clarificare, dar a anexat Dosarul științific și a accentuat că „*Pentru lotul nr. 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale a fost prezentat test la bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie),*

levuricid SM EN 13624 (condiții murdarie), rapoartele de testare sunt efectuate la laborator acreditat cu certificatul confirmativ vezi https://achizitii.md/document_preview?doc_id=19692339 pag.2-9,13,14,15,16 ca supliant îl expunem și în ANEXA NR.1.1, ANEXA NR.1.2.”

Ce ține de testările microbiologice, parte componenta a dosarului științific, raportul de testare pentru acțiunea sporicidă **EN 17126** este pentru produsul **neodisher endo SEPT PAC (Anexa 4, pag 11)**, care nu a fost indicat că are formula similară cu bunurile enumerate în dosarul științific „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”

Totodată, CAPCS a solicitat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică să se expună în privința bunului Dezfarm dacă are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, respectiv, dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

ANSP în răspunsul său nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023 la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-5057 din 08.12.2023, nu a confirmat că produsul biocid Dezfarm are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, deoarece producătorul ”DEZFARMTEH” SRL nu a înregistrat modificările eficacității produselor în baza testelor de laborator. Suplimentar, ”DEZFARMTEH” SRL nu a prezentat Declarația privind codificarea denumirilor produselor biocide de la producători care să confirme că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate sau contract care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.

Respectiv, CAPCS a solicitat în contextul demersului ANSP nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023, și produsele biocide comparate sunt de la producători diferiți, confirmarea formulei „similare” a bunului Dezfarm cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, prin următoarele:

- Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;
- sau contractul care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.

În urma răspunsului Dezmed CV SRL nr. 20-2023 din 18.12.2023, operatorul economic nu a prezentat niciunul din documentele solicitate, și a indicat că ”-Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate; Menționăm că SRL „DEZMED-CV” a eliberat deja un astfel de act de la producător unde se confirmă că citez Analogia se reflectă prin substanța activă expusă în produsele date ca benzalkonium chloride, n-bis-(3-aminopropyl)-dodecyl amine etc. (ANEXA NR.1) Deci substanța activă, componentele chimice sunt analogice, noi am eliberat un astfel de act semnat de către producător”

CAPCS a transmis răspunsul operatorului economic Dezmed CV SRL repetat către ANSP și a solicitat expunerea acestuia pe marginea argumentelor aduse în scrisoare, respectiv, pe rol fiind întrebarea dacă bunul Dezfarm are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, și dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

În final, ANSP prin scrisoarea de răspuns Nr. 01-13/4- 5215 din 22.12.2023, a informat că dosarul științific fără examinarea experților în domeniu și deciziei pozitive a Comisiei pentru înregistrarea produselor biocide, nu poate fi luat ca dovada a eficacității produsului biocid.

Reieșind din cele relatate menționăm, că oferta Dezmed CV SRL se respinge la loturile nr. 3 și 5, în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

Lotul 6 Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit.

- Oferta operatorului economic **M-Interfarma SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat acțiunea levurică EN 16615, însă s-a constatat că nu deține acest EN. Totodată, s-a solicitat Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor, nu s-a prezentat Certificatul privind înregistrarea produsului la ANSP.

Lotul 9 Dezinfectia si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele

- Oferta operatorului economic **Dita Est Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) - conditii murdarie, s-a constat că nu deține acest EN.

- Oferta operatorului economic **M-Interfarma SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea bacterică EN 14561 (conditii murdarie) și fungică 14562 (conditii murdarie), s-a constat că nu deține aceste EN-uri.

Lotul 10 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476 și EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), s-a constat că nu deține EN-urile solicitate.

Lotul 17 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel și 18 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid

- Oferta operatorului economic **Dezmed CV SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor), s-a oferit cu saruri cuaternare de amoniu, care acționează contrar asupra tegumentelor.

Lotul 27 Dezinfectia veselei de laborator, spălare manuală

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 16777 (conditii de murdarie), s-a constat că nu deține acest EN.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)

Lotul 27 Dezinfectia veselei de laborator, spălare manuală

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 21 Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta

Lotul 22 Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela

Lotul nr. 7 Curatarea si Dezinfectia suprafetelor și dispozitive medicale) se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar pentru a lărgi concurența specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se exclude sintagma ” EN 16777”.

Lotul nr. 14 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se modifică sintagma ”Expozitie 5 min.” în ”Expozitie 10 min.”.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 11.01.2024, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2025.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Irina Perciun

Te.: 022 222 364

OE

Dezmed CV SRL

Ericon SRL

Endo Chirurgie SRL

M-Interfarma SRL

Dita Est Farm SRL

Galkim Co SRL

Farmina SRL

Policontract SRL

Tetis International SRL

Data Control SRL