

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21456382 din 10.08.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale (lămpi chirurgicale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (repetat)

Denumirea bunurilor serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2					
Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	DL-66D	Turcia Uzumcu	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavanda Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\ 000$ lux, satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\ 000$ lux	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavan da DA „Brosura DL-66D” Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da DA, pag. 1 „Brosura DL-66D” Numărul de sateliți (cupole) 2 DA, 2 pag. 1/2 „Brosura DL-66D” Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K - DA, 3500-5000K ajustabila pag. 1 „Brosura DL-66D” Nivelul de iluminare la 1 m distanță	DM00025780 4

		Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operatie da Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole da Dimensiunea câmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm pentru minim un satelit - Adîncimea ≥ 80 cm Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W". Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere: - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu reglarea intensitatii luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da	satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\ 000$ lux, DA, 160 000Lux „Declaratie producator DL-66D” satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\ 000$ lux DA, 160 000Lux „Declaratie producator DL-66D” Reglarea intensității luminei min. 10 pași DA, 1-100% pag.1 „Brosura DL-66D” Indexul de culoare > 96 DA, pag.1 „Brosura DL-66D” Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operatie DA „Declaratie producator” Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole DA „Declaratie producator” Dimensiunea câmpului, cm: - Focusabil da DA, pag.1 „Brosura DL-66D” - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm pentru minim un satelit DA, 15-30 cm pag.1 „Brosura DL-66D” - Adîncimea ≥ 80 cm DA, „Declaratie producator DL-66D” Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade DA, 360 grade pag.2 „Brosura DL-66D” Ajustare pe verticală ≥ 80 cm DA, 91cm pag.2 „Brosura DL-66D” Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz DA, pag.1 „Brosura DL-66D” Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W". DA, 170 W pag.1 „Brosura DL-66D”	
--	--	---	---	--

			- integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da	Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h DA, 60 000 h pag.1 „Brosura DL-66D” Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate DA, pag.2 „Brosura DL-66D” Mînere: DA, pag.1 „Brosura DL-66D” - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu reglarea intensitatii luminii da DA „Declaratie producator” Panoul de control: DA „Declaratie producator DL-66D” - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video DA „Declaratie producator DL-66D” Înălțimea podului 3-4 m DA „Declaratie producator DL-66D” Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă DA Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă DA	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21456382 din 10.08.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale (lămpi chirurgicale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Buc.	2	135.400,00	162.480,00	270.800,00	324.960,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							270.800,00	324.960,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629