

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783517141738								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICE pentru anul 2027								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	33100000-1	Higrometru/Psihrometru 0-25C	VIT-1	Ucraina	SA "STEKLOPRIBOR"	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod ☐ 260630 Parametrul ☐ Specificația Descriere ☐ Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric ☐ excepție mercur Rezoluție ☐ ± 0.2 C Fixare pe perete ☐ obligatoriu Nr. de termometre ☐ 2 buc. (uscat/umed) Carcasa ☐ Plastic Scară de temperatură ☐ da (Celsius) Diapazonul măsurării ☐ Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod ☐ 260630 Parametrul ☐ Specificația Descriere ☐ Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric ☐ excepție mercur Rezoluție ☐ ± 0.2 C Fixare pe perete ☐ este Nr. de termometre ☐ 2 buc. (uscat/umed) Carcasa ☐ Plastic Scară de temperatură ☐ da (Celsius) Diapazonul măsurării ☐ Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 20...90 %	ISO,CE, Declaratia de conformitate Buletin de verificare nr. 2.3.96-9279C
8	33100000-1	Lampă germicida (varianta mobilă)	MED 30×3	Ucraina	Bactosfera	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod ☐ 30160 Descriere ☐ Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare ☐ 220V, 50Hz Suportul ☐ Mîner pentru transportare ☐ min. 3 roți ☐ min. 2 cu frână Numar de tuburi ☐ 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² Tuburile ☐ tuburile incluse în set ☐ ≥ 8000 ore Spectru de raze ☐ UV + vizibil Unghiul de iradiere ☐ 360 grade Lampă germicidă fără eliminarea ozonului ☐ obligatoriu	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod ☐ 30160 Descriere ☐ Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare ☐ 220V, 50Hz Suportul ☐ Mîner pentru transportare ☐ 5 roți ☐ 2 cu frână Numar de tuburi ☐ 3 tuburi , 30W, 60 m² Tuburile ☐ tuburile incluse în set ☐ 9000 ore Spectru de raze ☐ UV + vizibil Unghiul de iradiere ☐ 360 grade Lampă germicidă fără eliminarea ozonului ☐ este	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000624698 Rg04-000214 19-09-2023
15	33100000-1	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)	JX-02	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERI TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.S.	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod ☐ 140500 Descriere ☐ Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul ☐ Specificația Acțiune ☐ electromecanică Secțiuni ☐ ≥ 3 Suporturi ☐ pentru miini ☐ pentru picioare Carcasul ☐ oțel vopsit Suprafața ☐ acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă ☐ diapazon minim 60 - 80 cm Capacitate maximă ☐ ≥ 180 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod ☐ 140500 Descriere ☐ Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul ☐ Specificația Acțiune ☐ electromecanică Secțiuni ☐ 3 Suporturi ☐ pentru miini ☐ pentru picioare Carcasul ☐ oțel vopsit Suprafața ☐ acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici, culoare bej Înălțime reglabilă ☐ diapazon 60-105 cm Capacitate maximă ☐ 230 kg	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000876968 Rg04-162 08-06-2026
16	33100000-1	Lampă germicidă (varianta staționară)	OBB 15S	Ucraina	Bactosfera	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod ☐ 30140 Descriere ☐ Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare ☐ 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete ☐ obligatoriu Lampa cu tub inclus ☐ cu 1 tub, minim 15W Spectru de raze ☐ UV + vizibil Unghiul de iradiere ☐ minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ☐ ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului ☐ obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod ☐ 30140 Descriere ☐ Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon,etc. Alimentare ☐ 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete ☐ este Lampa cu tub inclus ☐ cu 1 tub, 15 W Spectru de raze ☐ UV + vizibil Unghiul de iradiere ☐ 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ☐ 9000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului ☐ este	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000624621 Rg04-000214 19-09-2023
17	33100000-1	Psihrometru Vit 2	VIT-2	Ucraina	SA "STEKLOPRIBOR"	Higrometru/Psihrometru 15-40C Cod ☐ 260640 Parametrul ☐ Specificația Descriere ☐ Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric ☐ excepție mercur Rezoluție ☐ ± 0.2 C Fixare pe perete ☐ obligatoriu Nr. de termometre ☐ 2 buc. (uscat/umed) Carcasa ☐ Plastic Scară de temperatură ☐ da (Celsius) Diapazonul măsurării ☐ Temperatura +15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 15-40C Cod ☐ 260640 Parametrul ☐ Specificația Descriere ☐ Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric ☐ excepție mercur Rezoluție ☐ ± 0.2 C Fixare pe perete ☐ este Nr. de termometre ☐ 2 buc. (uscat/umed) Carcasa ☐ Plastic Scară de temperatură ☐ da (Celsius) Diapazonul măsurării ☐ Temperatura +15...+40 C Umiditatea 40...90 %	ISO, CE, Declaratie de Conformitate Buletin de verificare nr. 2.3.9-11387C

37	33100000-1	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	ST 72	Turcia	OPTIUM MEDIKAL LTD. ŞTI	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod ☐ 40370 Descriere ☐ Brancardă destinată pentru transportarea pacienţilor Parametru ☐ Specificație Poziționare ☐ Tredelinburg ☐ ≥ 15 grade Control ☐ manual Caracteristici ☐ Bare laterale ☐ obligatoriu Roți ☐ Diametru ☐ ≥ 15 cm ☐ Frine ☐ ≥ 2 Sarcina maximă ☐ ≥ 200 kg Dimensiuni ☐ ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei ☐ obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă ☐ da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de nerete ☐ obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod ☐ 40370 Descriere ☐ Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru ☐ Specificație Poziționare ☐ Tredelinburg ☐ 15 grade (pag.10 User manual) Control ☐ manual (pag.9 User manual) Caracteristici ☐ Bare laterale ☐ este (brosura) Roți ☐ Diametru ☐ 15 cm (brosură) Frine ☐ 2 (brosura) Sarcina maximă ☐ 220 kg (brosură) Dimensiuni ☐ 207 x 75 cm (brosură) Mînere pentru transportarea brancardei ☐ este (brosură) Saltea, rezistentă la prelucrare și apa da, detașabilă(user manual pag.9) Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri (brosura) pentru evitarea lovirii de nerete este (brosura)	CE, Declarație de Conformitate DM000401774 Rg04-000003 04-01-2023
39	33100000-1	Brancarda sanitara	ST 72	Turcia	OPTIUM MEDIKAL LTD. ŞTI	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod ☐ 40370 Descriere ☐ Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru ☐ Specificație Poziționare ☐ Tredelinburg ☐ ≥ 15 grade Control ☐ manual Caracteristici ☐ Bare laterale ☐ obligatoriu Roți ☐ Diametru ☐ ≥ 15 cm ☐ Frine ☐ ≥ 2 Sarcina maximă ☐ ≥ 200 kg Dimensiuni ☐ ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei ☐ obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă ☐ da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete ☐ obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod ☐ 40370 Descriere ☐ Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru ☐ Specificație Poziționare ☐ Tredelinburg ☐ 15 grade (pag.10 User manual) Control ☐ manual (pag.9 User manual) Caracteristici ☐ Bare laterale ☐ este (brosura) Roți ☐ Diametru ☐ 15 cm (brosură) Frine ☐ 2 (brosura) Sarcina maximă ☐ 220 kg (brosură) Dimensiuni ☐ 207 x 75 cm (brosură) Mînere pentru transportarea brancardei ☐ este (brosură) Saltea, rezistentă la prelucrare și apa da, detașabilă(user manual pag.9) Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete este (brosura)	CE, Declarație de Conformitate DM000401774 Rg04-000003 04-01-2023
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								