

## Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1586937529712	Data: 08.05.2020	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	<b>Servicii de reparatie externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă , pentru anul 2020</b>	Lot: 6	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lot 6</b>						
504000 00-9	Lot 6. Reparatia Tomograf Mediso AnyScan SCP	Tomograf Mediso AnyScan SCP	Ungaria	Mediso Medical Imaging Systems	Înlăturarea defectelor: Bit set extra flags - X-ray aborted, 21-00656-03 Heat-Exchanger defect. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Conform solicitării autorității contractante, după cum urmează: Înlăturarea defectelor: Bit set extra flags - X-ray aborted, 21-00656-03 Heat-Exchanger defect. Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	-

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Nume: Vasile MATEI  
Adresa: Chișinău, str. Miorița 5

În calitate de: Director