

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780657705160 din 18 iun 2026, 10:49 - 5 iul 2026, 10:49

Obiectul achiziției: Diverse echipamente medicale

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	Lotul 2 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu							
33100 000-1		Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu	Excell 400 MCDSe	Italia	Alsa	Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența - cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz. Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Comutator de mana – obligatoriu; Comutator de picior -tip pedală dublă; Bipolar – obligatoriu. Moduri de lucru: Monopolar: 1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 150 W; ≥ 250 Ohm. Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Funcție de autotestare – obligatoriu. Canal de ieșire independentă – obligatoriu. Indicatoare : - acustic, vizual. Control volum sunet – obligatoriu. Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului;	Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 440 KHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 350 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 350 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 140 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray 10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu	DM00005175 4

					2) Electrode neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., să se indice codul produsului ; 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului; 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului ; 6) Electrode / penceță bipolar, tip reutilizabil - 1 buc., să se indice codul produsului; 7) Cablu pentru electrode bipolar reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., să se indice codul produsului; 8) Pedală dublă - 1 buc., să se indice codul produsului. Troliu : 1) Să se indice modelul oferit - modelul oferit; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2 roți cu frână – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu	Accesorii Cablu pentru electrode neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., inclus în NP/A-2pcs Electrode neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., NP/A-2pcs Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., MPE/CMS-2pcs Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., – E1-10 pcs Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., – E1-10 pcs Electrode / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., PMC/R – 1 pcs Cablu pentru electrode bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., CPB/E – 1 pcs Pedală dublă 1 buc., DS/E – 1 pcs Troliu H23/SE - 1pcs Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frână obligatoriu Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu	
33100 000-1	Lotul 3 Aspirator chirurgical (performanță avansată)						
33100 000-1	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	28204, HOSPI PLUS FULL SUCTION UNIT	Italia	Gima	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 80 l/min; Indicator vacuum - da, eroarea $\geq \pm 5\%$; Reglator aspirație – obligatoriu. Nivelul de zgomot, dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu;	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum Limita maximă - 675 mmHg, Catalog Rata de flux, l/min. - 90 l/min, Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ - DA, Reglator aspirație - DA, Nivelul de zgomot – 46,4 dBA, Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" - DA, Selector mecanic de vas - DA, Numărul vaselor - 2 buc incluse Capacitatea, L ≥ 4 L – DA Protecție la umplere pentru fiecare vas - DA, Vas tip reutilizabil - DA,	DM000149380

						3) Numărul vaselor - 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit); 4) Capacitatea, L - ≥ 4 L; 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit): 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – obligatoriu; 2) Suport cu roțile - ≥ 4 roți; 3) Roți cu frână - da, ≥ 2 buc.; 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit). Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz.	Suport mobil inclus Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" – suport integrat (imagini) Suport cu roțile ≥ 4 roți - DA, Roți cu frână da, ≥ 2 buc. - DA, Mîner pentru transportare - DA, Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației DA, "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" DA, Filtru antibacterian - 15 buc., cod 28237 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz -	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**