

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765789246907 din 06.01.2026

Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU IMUNOLOGIE

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat	Adsorbed Anti-Rabies nucleocapsid conjugate - Lyophilised, 4x3ml Ref: 3572112	Franța	Bio Rad	Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce să ofere rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set.	Set de diagnostic cu conjugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce să ofere rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set.	CE/ISO
6	Setul pentru detecția PrPres	TeSeE SAP COMBI KIT kit 384 teste Ref: 3551192	Franța	Bio Rad	Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA. Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Soluție de spulare concentrată de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfecioase, liofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonali anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Soluție de acid citric si acetat de sodiu pH 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Soluție de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru microlpaci Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 buc=1 test.	Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA. Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Soluție de spulare concentrată de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfecioase, liofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonali anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Soluție de acid citric si acetat de sodiu pH 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Soluție de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru microlpaci Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1 buc=1 test.	CE/ISO

14	Setul pentru detecția anticorpilor rabici	Platelia® Rabies II Kit ad usum veterinarium, kit 192 teste Ref: 3550180	Franța	Bio Rad	Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA de blocare cu sensibilitate analitică ridicată, proiectat pentru a oferi rezultate fiabile din probe de calitate variabilă pentru detecția IgG antiglicoproteina virusului rabic în serul și fluide corporale provenit de la animale salbatice și domestice, inclusiv vulpi, caini, pisici. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic -1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat, concentrat de min. 100x)- 1 flacon diluant pentru conjugat, gata de utilizare, conjugat min. 100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinat laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA de blocare cu sensibilitate analitică ridicată, proiectat pentru a oferi rezultate fiabile din probe de calitate variabilă pentru detecția IgG antiglicoproteina virusului rabic în serul și fluide corporale provenit de la animale salbatice și domestice, inclusiv vulpi, caini, pisici. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic -1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) -1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat, concentrat de min. 100x)- 1 flacon diluant pentru conjugat, gata de utilizare, conjugat min. 100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinat laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	CE/ISO
----	---	--	--------	---------	--	--	--------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2