

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770505533744 din 15 febr 2026, 12:00 - 22 febr 2026, 12:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și radiologice pentru anul bugetar 2026

Cod CPV	N r. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
50400 000-9	9	Turn endoscopic Olympus videoprocesor, sursa de lumina, monitor, aspirator și accesoriiile conexe	-	-	-	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanța, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da	Conform cerintelor tehnice solicitate Nu include piesele si chitul de mentenanta	-

						Lucrările de mentenanta vor include inspectia tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da		
50400 000-9	10	Endoscoape (laparoscopie, artroscopie, bronhoscopie etc.) model Videogastroskop Olympus GIF Q165	-	-	-	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inspectia tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da	Conform cerintelor tehnice solicitate Nu include piesele si chitul de mentenanta	-
50400 000-9	11	Masina de spalat endoscoape model Olympus ETD-2	-	-	-	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea	Conform cerintelor tehnice solicitate Nu include piesele si chitul de mentenanta	-

						tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include înlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**