




技术要求

- 1、整套产品组装时应平整,软管不得有扭曲现象;
- 2、各粘接处不得有渗漏现象,产品内腔不得有堵塞;
- 3、在十万级净化间加工完成。

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

						P-4019 (Moldova)-01			
						图样标记	数量	重量	比例
						共 1 张			
						第 1 张			
						四川南格尔生物科技有限公司			

一次性使用单采血浆分离器

标记	数量	更改	文件	号	签 名	日期
设计	刘志	工 艺	刘琼芳			
制图	刘志	标准化	胡卓明			
校对		批 准	刘南坚			
审 核	冉红芹	日 期	2017.8.3			